



06.12.23

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 234294 לאספקת מכשיר RT PCR

מס'ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	א	10.2	לעניין תנאי סף מתייחס גם "ניסיון" אך מתן שרותי תחזוקה, לשרותי תחזוקה המוגדר כתנאי סף אינו רלוונטי במכשירים עבור מכשירים maintenance-free שהינם "ניסיון" כאלה מבקשים להסיר דרישה של	הסעיף יוותר ללא שינוי. מדובר על ניסיון אספקה ותחזוקה לפי מידת הצורך (תיקון תקול וכ"ו). לא מדובר רק בטיפולים תקופתיים מחייבים.
2.	א	10.2	מבקשים לאשר עמידה בתנאי הסף של אספקה למציע צעיר, כאשר אותו מיכשור במהלך תקופה המוזכרת בתנאי הסף סופק ע"י מפיץ חיצוני אחר	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	ג	1.3	"...ולנפחי עבודה נדרשים : 10-100" ulהטווח עד 50 מבקשים לצמצם את	מקובל
4.	ג	1.6	מבקשים : "..... (Uniformity) יאחידות טמפ" צלסיוס להרחיב עד 0.4 מעלות	מקובל
5.	ג	הגשת ההצעה	נתוני ממוצעי פעילות מהיצרן אינם זמינים כרגע. נוכל לצרף נתוני ספק פנימיים.	מקובל
6.	ד	1.7	נבקש לאפשר הגשה של הוראות הפעלה באנגלית בלבד במקום עברית.	מקובל
7.	נספח ב - חלק 2	19	"הפריטים יהיו בעלי סימון ברקוד ע"ג המכשיר לטובת קריאה ע"י סורק" - נודה לקבלת הבהרה.	הסעיף מבוטל
8.	ה	17.1/17.2	נבקש לעדכן זמני תגובה - תגובה טלפונית עד 8 שעות, הגעת טכנאי עד 48 שעות.	מקובל
9.	ה	32.1	בטבלה השנייה, נבקש לעדכן זמני תגובה - הגעת טכנאי עד 48 שעות.	מקובל
10	ה	18.3	הספק יספק חלקי חילוף בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 48 שעות מוסכם לגבי חלקים מומלצים על-ידי היצרן ונמצאים ברשותנו במלאי מקומי, במקרה שהחלק לא מוגדר כהכרחי על ידי הספק זמן הגעה עד 21 ימי עסקים.	מקובל. יש לצרף רשימת חלקים הכרחיים.

**בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים**