



עמוד 1 מתוך 2

ועדת המכרזים משרד העבודה

פרוטוקול 145 מיום 06 בדצמבר 2023

משתתפות: גב' הילה שושני – יו"ר הועדה

עו"ד חן כהן-לאביאן – נציגת יועמ"ש

גב' עדינה אטינגר – סגנית חשבת המשרד

הנושא:

שדרוג מכונת ספקטרומטר לבליעה אטומית תוצרת PerkinElmer

כספק יחיד

לפני הוועדה הונחה פנייתו של מר' חזי שוורצמן ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד לצורך רכישת ספקטרומטר לבליעה אטומית תוצרת PerkinElmer דגם PinAAcle 900F.

רקע:

1. מכח דרישות חוק אירגון ופיקוח ופקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה המעבדה הארצית נדרשת לבצע דיגום ואנליזות מעבדתיות של יסודות מתכתיות למטרת הערכת חשיפה נשימתית לנדפי מתכות. במסגרת פעילותם עובדי המעבדה מבצעים דיגום של גורמים מזיקים במפעלים. האנליזה הכמותית של אותן דיגומות מתבצעת גם כן במעבדת המינהל.
2. המכשיר לבליעה אטומית של חבר' PerkinElmer המשמש לאנליזה של המתכות במעבדת המינהל, נרכש למלא מעשור, הוכיח את עצמו כמכשיר אמין, קל להפעלה, זוכה לשירות מעולה של הספק, אבל כעת, תקול ולא ניתן לתיקונו עקב הפסקת תמיכה ע"י היצרן בגלל התיישנות (ייצור הדגם הזה הופסק למלא מ-7 שנים). לכן, נדרש להחלפתו ושדרוג מערכות נלוות.
3. במכשיר חדש אין יותר מראות אופטיות המהוות עם הזמן מקור לתקלות כמו אצלנו. במכשיר חדש הם הוחלפו לסיבים אופטיים לצורך העברת אור ישירות לשני גלאים מתקדמים (מגובה בפטנט ייחודי) – דבר שמשפר מאוד רגישות, אמינות ודיוק התוצאות המתקבלות. בעת רכישת מכשיר של אותה חברה לא נדרש בהחלפה ו/או התאמה תשתיות הנדסיות הקיימות, אשר חלק בלתי נפרד וייחודיות לכול מכשיר של יצרן אחר.
4. מעבדת המינהל מעוניינת לרכוש מכשיר חדש של אותו יצרן וספק וזאת מסיבות המפורטות בפרק נימוקים והערות נוספות של הטופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד", המצ"ב.
5. להלן הפריטים/שירותים הנדרשים מתוך הצעת המחיר המצ"ב –

עדינה אטינגר
סגנית חשבת המשרד

עו"ד חן כהן-לאביאן
נציגת יועמ"ש

הילה שושני
יו"ר הועדה



משרד העבודה

אגף בכיר הון אנושי ומינהל

ועדת מכרזים



עמוד 2 מתוך 2

עדת המכרזים משרד העבודה

פרוטוקול 145 מיום 06 בדצמבר 2023

#	תיאור הטובין/השירות	המחיר ליח'	כמות	עלות
1	מכשיר בליעה אטומית תוצרת PerkinElmer דגם PinAAcle 900F	140,506.84 ₪	1	140,506.84 ₪
2	מחשב Dell עם AA System Controller			
3	PCIE Network Card			
4	S23 Three Autosampler, Dual Rinse			
5	0.55 mm PTFE Probe w/Support for S10/AS93			
6	Oil Free Air Compressor for AA systems			
7	Single-Slot Air -Acetylene 5 cm			
8	EU Power Cord 1.0mm SQ 2.5m			
9	הובלה	11,503.82 ₪	1	11,503.82 ₪
10	סה"כ לפני מע"מ			152,010.66 ₪
	מע"מ			25,841.81 ₪
	סה"כ כולל מע"מ			177,852.47 ₪

החלטת הועדה:

- לאור האמור, הוועדה מאשרת פרסום בדבר כוונת המשרד להתקשר עם חברת PerkinElmer כספק יחיד לצורך שדרוג מכשיר ספקטרומטר בליעה אטומית תוצרת PerkinElmer דגם PinAAcle 900F וזאת מהטעמים הבאים:
- מפניית היחידה עולה כי המכשיר הקיים נרכש לפני למעלה מעשור וכי כעת הוא תקול ולא ניתן לתקן אותו בשל חלוף הזמן. ולכן נדרש לבצע שדרוג והחלפה של מערכות נלוות.
 - מחוות דעת היחידה המקצועית עולה כי קיימות במעבדה מנורות ותשתיות התאימות למכונה אותה ביקשו לשדרג, וכל שינוי בסוג המכונה יגרור החלפה והתאמה של תשתיות הנדסיות קיימות.
 - כוונה זו תפורסם בצרוף חוות הדעת של היחידה המקצועית לתקופה של 14 ימים בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים. בתום התקופה תוחזר הבקשה לוועדה בצרוף ההשגות שיוגשו, אם וככל שיוגשו.

היקף התקשרות:

177,852.47 ₪ כולל מע"מ בכפוף להצעת מחיר מיום 12.11.23

תקנה תקציבית:

36400111


עדינה אטינגר
סגנית לחשבת המשרד


עו"ד חן כהן-לאביאן
נציגת יועמ"ש


הילה שושני
יו"ר הוועדה

בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101

