



13.12.23

לכבוד :

כלל המציעים

**מכרז פומבי מס' 234313 קיטים לאבחון בשיטת RT PCR לבדיקות וירוסים הרפטיים**

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח א	7	לא יותר מ 10% מהצפי השנתי המצוין במכרז (30 קיטים)	הסעיף יוותר ללא שינוי
2.	נספח א	12.2	מבקש לשנות לקיטים מסוגים שונים שנמכרו בארץ מאותה חברה	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	נספח א	12.4	מופיעה דרישה להתאמה לשני מכשירי Qpcr, בעוד קיימת דרישה נוספת לתכנת אנליזה המתממשקת עם מערכת ה LIS. תכנת אנליזה בדרך כלל ספציפית למכשיר אחד כאשר גם אם ניתן לעבוד על מכשירים אחרים - אין לתכנת האנליזה תאימות לדגמים אלה. נבקש להגדיר מכשיר אחד במקום שניים.	הסעיף יוותר ללא שינוי הדרישה לתאימות לשני מכשירי RT-PCR היא דרישת סף שנועדה לאפשר למעבדה גמישות בסיסית בביצוע הבדיקה והיא עומדת בעינה. המצאות תוכנת אנליזה ואפשרות להתחברות למערכת ה-LIS תתאפשר לצורך ניקוד איכות גם עבור מכשיר אחד בלבד.
4.	נספח א	13.1	מבקש לדחות אספקה רק אם מתאים מבחינה טכנית למעבדה ול- 21 יום מרגע ההחלטה על רצון לבחון את הקיטים	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספח א	13.3	מבקש לדעת מה נפח הבדיקות כדי לאשרן ע"י הגורם המקצועי.	הדיגום מתבצע במבחנות UTM ולכן נפח הדיגימה הזמין לבדיקה הוא גדול בהרבה מהנדרש בבדיקות מסוג זה.
6.	נספח א	28	לכמה זמן הארכה תהיה?	הסעיף עודכן לנוסח הבא: "הצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. מרת"א יהא רשאי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם."
7.	נספח א	43.1.2	האם נדרש תיקוף לשלילה של 20 דגימות שליליות ?	כן
8.	נספח א	43.1.3	לשידור התוצאות באופן אוטומטי למערכת ה LIS - זה תלוי במכשיר והמכרז הוא לקיטים	חיבור למערכת ה-LIS הוא בעל חשיבות עצומה מבחינת תפעול ואיכות. למכשירי PCR יכולה להיות תוכנת אנליזה וחיבור ל-

	ידניים לכן לא רלוונטי				LIS ובמקרה כזה יתקבל ניקוד איכות.
9.	נספח א	111	מבקש לבטל סעיף זה. לא הגיוני שהשתתפתי במרכז ואני צריך לשלם על לראות תוצאות אם הפסדתי.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
10	נספח א	118	אלא אם כן נסגרו השמיים ע"י המדינה.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
11	נספח ג		מבקש לדעת כמה בדיקות הם HSV1 כמה HSV2 וכמה VZV	המכרז הינו עבור קיט שחייב לכלול את שלושת הוירוסים הללו בבדיקה אחת ולא בבדיקות נפרדות.	
12	נספח ב חלק 2		לא מדובר על מכשיר	הסעיף יוותר ללא שינוי	
13	תנאים מיוחדים	8	מבקש הבהרה ופירוט על המנגנון.	ראו סעיף 16 בהסכם	
14	תנאים מיוחדים	14	נא לפרט דמי פיגורים	הסעיף יוותר ללא שינוי	
15	נספח ה	5.7	החזרת התמורה לא תעלה על נפח של רבעון כלומר 10 קיטים.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
16	נספח ה	9.7	בשעות העבודה הרגילות א-ה 09:00-17:00	מקובל	
17	נספח ה	13.1	על איזה נפח דוגמאות מדובר	הסעיף יוותר ללא שינוי	
18	נספח ה	16.3	על מה תביעה אם אתם מזמינים ומקזזים	הסעיף יוותר ללא שינוי	
19	נספח ה	17.1	מזה פרק זמן סביר לפני תפוגה	חודש לפני פגות תוקף	
20	נספח ה	21.3	במקרה של השבתת חשמל, מקררים, איחסון לא נכון, שריפה, גניבה וכיו"ב אחריות אינה על הספק, האחריות היא על מרתא	הסעיף יוותר ללא שינוי	
21	נספח ה	28	1. מה מוגדר איחור אספקה. 2. מבקש לבטל סעיף זה, טעיות אספקה יכולות לקרות, ואם לא היה נזק למרתא על הספק לתקן את הטעות במהירות האפשרית.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
22	נספח ה	32.2	ניסוח לא מקובל, הספק אינו יכול להתחייב מראש על חתימת כל מסמך שמרתא יבקש ממנו.	הסעיף יוותר ללא שינוי	

**בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים**