

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

14 באוגוסט 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0281

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח לב ילדים – חו"ד לרכישת מע' וידאו-לרינגוסקופ דגם C-MAC תוצרת STORZ.

א. דוא"ל מיום 12.7.23

ב. הצעת מחיר+הבהרת הספק מיום 2.4.23

1. בסימוכין נדרשת רכישה של המע' שבנדון בכמות של 1 יח'.
2. מדובר במערכת המותאמת למצבי חירום ולאינטובציות קשות, הכוללת המרכיבים הבאים:
 - א. מערכת ע"ג מעמד נייד הכולל זרוע לתליית מוניטור.
 - ב. מוניטור HD בגודל 8 אינץ' לפחות, הכולל מצלמה עם שתי יציאות לצפייה בזמן אמת ותיעוד תמונות וקבצי וידאו.
 - ג. כבל חיבור + הלהבים הבאים:
 - להב רב-פעמי מסוג מקינטוש מידה 0.
 - להב רב-פעמי מסוג מילר מידה 0
 - להב רב-פעמי מסוג מילר מידה 1
 - להב רב-פעמי מסוג D-BLAD למבוגרים.
3. רצ"ב הצעת חברת "ברסלויער" מס' 74350 לרכישת המערכת הדרושה מדגם C-MAC תוצרת STORZ.
4. המכשור הני"ל מתוצרת STORZ מצוי בשימוש מערך ההרדמה וחדר ניתוח ויחידות הטיפול הנמרץ (ט.נ. נשימתי וט.נ. ילדים), ונמצא בעל התאמה אופטימלית לצרכים הקליניים. שביעות הרצון של הצוותים הרפואיים מדגם הינה טובה מאוד.
5. לאור הני"ל ולמען שמירה על אחידות המכשור מהיבט התפעול ויכולת הגיבוי, מומלץ לראות ביצרן STORZ באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו. יש לממש הרכישה באמצעות ההצעה המצורפת על כל סעיפיה.
6. מקור תקציבי לרכישה – סעיף 18410106 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.
7. על ההזמנה לכלול הסעיפים הבאים בהתאם להבהרת הספק בדוא"ל מיום 2.4.23:
 - 24 חודשי אחריות למכשיר C-MAC. 12 חודשי אחריות ליחידות הקצה (לרינגוסקופים).
 - במסגרת האחריות יבוצעו כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל החלפת חלפים) ע"פ הוראות היצרן. טיפול תקופתי יינתן בסמוך לתום כל שנת אחריות.
 - תסופק ספרות יצרן הפעלה ושירות במדיה דיגיטלית.
 - תינתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח, ל-2 אנשי צוות. הדרכה תינתן לפני תום תקופת האחריות ובסיומה תסופק תעודת הסמכה בהתאם.
 - הדרכה מלאה לצוות הרפואי.

בברכה,
מיטל ביטסרלי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
גב' לירון דניאלי