

02/01/2024

**מענה לשאלות ספקים למכרז מסגרת לאספקת מנופים להורדת חולה מכרז מס' 12399505**

מס"ד	חברה	תאריך	שאלה	מענה גורם מקצועי	שם	הערות
1	קלינטיקה	14/12/23	אישור קונסטרוקטור ואישור בודק : 1. אישורים מעין אלו אינם נדרשים בעת אספקת ציוד, אלא נדרשים ע"פ התקן, לאחר תקופת שימוש, נבקש לבטל את הדרישה. 2. במקרה של מנוף מטופל (לא מנוף תלוי), אין דרישה בתקן לבדיקת קונסטרוקטור, במקרה כזה נבקש לבטל את דרישת בודק קונסטרוקטור	הדרישה לקונסטרוקטור הינה למנוף תקרה בלבד, ולא למנוף ריצפתי (כך רשום במכרז). תנאי המכרז הם להמציא אישור קונסטרוקטור נוסף לבדיקת בודק מוסמך. את אישור הקונסטרוקטור יש להגיש לבודק המוסמך טרם בדיקתו.	גבריאל	
2	קלינטיקה	14/12/23	הקונסטרוקטור נדרש כאשר נבחר מיקום למנוף תלוי, האם כוונתך שכשתרכשו עלות הבדיקה והאישור של הקונסטרוקטור תהיה חלק מעלות המכירה לכל יחידה ובהתאם לאתר בו תבחרו להתקין את המנוף? תודה שי	סעיף 9 במכרז עונה לשאלתך. בתמחור מנוף תקרה יגולם בהצעת המחיר : א. אישור קונסטרוקטור ואישור בודק.	גבריאל	
3	COSMOTRADE	18/12/23	1. למנופים ניידים במשקל 180-200 האם ניתן להגיש את ההצעה על מנוף עם פתיחת רגליים מכאניות? 2. האם ניתן לגשת למכרז על חלק מהפריטים?	1. דרישות המכרז למנגנון פתיחת רגליים חשמלי בלבד. 2. ניתן לגשת למכרז על חלק מהפריטים.	גבריאל	
4	מדטכניקה	19/12/23	מנוף תקרה – מנוף הניתן לתכנות שינוי משקל לשם חסכון בסוללות – מבוקש להבהיר כי אין במנוף תקרה אפשרות לתכנות, בהתאם מבוקש להסיר את הסעיף.	הוסרה הדרישה	גבריאל	
5	מדיסקאן	25/12/23	1. האם מנוף הבריכה דורש אישור אמ"ר. 2. מצורף קטלוג של מנוף הבריכה שלנו אשר הנתונים שלו שונים מבחינת עבודה, המנוף עובד באמצעות סוללה ולא באמצעות בוכנה (למנוף קיים אישור אמ"ר ומכון התקנים) והוא מנוף נייד ולמנוף יתרונו רבים, מבוקש לבחון את הנושא ולאשר לנו להגיש הצעה למנוף זה. (על פי הקטלוג המצורף) 3. מנופי תקרה - נשמח לדעת מה אורך המסילות המבוקש במנופי התקרה על מנת שנדע לתמחר. כמו כן האם מדובר במסילות H או במסילה רגילה.	שאלה 1 – חובה לצרף.  שאלה 2 – מאשר להגיש הצעה למנוף באמצעות סוללה ולא באמצעות בוכנה.  שאלה 3 – כפי שרשום במכרז על פי גודל החדר עד 20 מ"ר, ומחיר למטר מעל 20 מ"ר (יש לתת הצעה עבור שתי סוגי המסילות)	גבריאל	
6	אורטופדיקה-שטינר	26/12/23	ברצוני לקבל הסכמתך להציע מנופים ריצפתיים כדלקמן: 1. לקטגוריה 230-250 אנו מבקשים להציע 210 ק"ג 2. למנוף תקרה אנו מבקשים להציע מנוף עד 200 ק"ג	1. ניתן להציע הצעה למנופים ריצפתיים עבור קטגוריה 230-250 ק"ג - מנופים של 210 ק"ג. 2. מנוף תקרה - לא ניתן להגיש הצעה פחות 250 ק"ג	גבריאל	