



03.01.23

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 223825 אספקת לאספקת כפפות סטריליות עם וללא טלק

1. מועד הגשת המכרז הוארך עד ליום: 11.01.2024 עד השעה 12:00, את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 223825 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-).
2. מסמכי המכרז עודכנו נוכח תשובות לשאלות הבהרה (בין היתר עודכן המפרט הטכני) – יש להגיש הצעתכם על מסמכי המכרז מעודכנים.
3. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס'ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.		כללי	נא הבהרתכם: האם בכל תחתית עמוד צריך גם חתימה בראשי תיבות של מורשי החתימה וגם חתימה מלאה וחותמת במקום המודגש?	ראו סעיף 19 בנספח א' תנאי המכרז
2.	נספח א'	3.5	נבקש להסיר את הסעיף שכן אינו משקף עובדתית את המציאות במסגרתה המסמך נוסח בפועל ע"י מרת"א בלבד ללא כל מו"מ בין הצדדים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	נספח א'	4	נבקש כי תקופת ההארכה הנוספת תהיה בהסכמת שני הצדדים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
4.	נספח א'	4-6	נבקש שכלל והמוזמין מבקש להאריך את תקופת ההתקשרות, תינתן התראה בכתב של 90 יום לכל הפחות לצורך היערכות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספח א'	9, 43	אנא הבהרתכם, כי ככל והוכרז זוכה אחד במכרז בהתאם לכללי המכרז, לא יבצע מרת"א רכש מגורם אחר של הטובין נשוא המכרז אלא על פי דיני המכרזים	הסעיף יוותר ללא שינוי
6.	נספח א'	12.2	המציע רכש פעילות חברה שסיפקה את המוצרים נשוא המכרז ואף קלט חלק מהעובדים שביצעו את פעילות הרכש ובהתאם קלט אליו את הניסיון במכירות לפריטים אלה. לכן, נבקש לאשר הוכחת ניסיון על פי סעיף זה על בסיס מכירות קודמות שבוצעו על החברה שפעילותה נרכשה כאמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
.7	נספח א'	12.2	האם ניסיון במכירת הפריטים יכול להיות גם למוסדות רפואיים שאינם בתי חולים כמו: קופות חולים, מוסדות גריאטריים, טרם, ביקור רופא וכדומה?	הסעיף יוותר ללא שינוי
.8	נספח א'	13.3	נבקש להסיר מהסעיף את המשפט: "המציע נושא בכל האחריות לכל נזק שייגרם למרת"א ו/או לכל גורם שהוא בקשר עם הטובין לבדיקה ו/או אספקתם ו/או השימוש בהן במסגרת שלב זה ולאחריו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.9	נספח א'	28,90,92	נבקש לאפשר למציע להגביל את אפשרות הארכת תוקף הצעות לעד 8 חודשים ממועד הגשת הצעתו. לא סביר להתחייב לתקופה ארוכה כל כך מבלי שתקבל החלטת ועדת המכרזים על הזוכה.	מקובל
.10	נספח א'	43.1.1	הואיל והמציע רכש פעילות חברה שסיפקה את המוצרים נשוא המכרז ואף קלט חלק מהעובדים שיספקו את השירות ללקוחות נבקש לאפשר ניקוד בהסתמך על השירות שניתן על ידי החברה שפעילותה נרכשה כאמור.	הבקשה נדחית
.11	נספח א'	49	אנא הבהרתם כי מו"מ כאמור יתבצע על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ובהתאם ניתן לבצע סבב מו"מ אחד במסגרת המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי. ככל ומרת"א יחליט לקיים משא ומתן הוא יקיים סבב אחד או יותר.
.12	נספח א'	81	אנא הבהרתם כי ככל ומבקש המזמין לבצע שינויים בהסכם שאינם חלק משאלות הבהרה, תידרש הסכמת הזוכה לכך.	שינויים בהסכם עם המציע הזוכה כפופים לדיני מכרזים ודיני חוזים
.13	נספח א'	102	נבקש להבהיר כי נזקים שנגרמו למציע עקב התנהלות המזמין שלא כדין במסגרת המכרז אינם מוחרגים	הסעיף יוותר ללא שינוי
.14	נספח א'	105	נבקש להבהיר כי אחריות המציע הינה על פי דין ורק לנזקים ישירים	הסעיף יוותר ללא שינוי
.15	נספח א'	111	נבקש להבהיר כי במקרה בו מציע שאינו זוכה מבקש לדעת את מחיר ההצעה בלבד, לא יידרש תשלום בגין העיון	הסעיף יוותר ללא שינוי
.16	נספח א'	114	נבקש להבהיר כי המציע ישפה את המזמין, בכפוף לפסק דין חלוט, בגין תביעה שתוגש נגדו, וקשורה ישירות בזכויות בטובין של המציע	הסעיף יוותר ללא שינוי
.17	נספח ב' (חלק 1)	13	נבקש להבהיר כי ההארכת תוקף ההצעה תוגבל לעד 8 חודשים ממועד ההגשה ועד ל-4 חודשים ממועד הכרזה על זוכה.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
.18	נספח ב' (חלק 1)	19	נבקש להבהיר כי המציע ישפה את המזמין, בכפוף לפסק דין חלוט, בגין תביעה שתוגש נגדו, וקשורה ישירות בזכויות בטובין של המציע	הסעיף יוותר ללא שינוי
.19	נספח ב' (חלק 2)	1	אנא הבהרתכם כי ניתן להציע הצעות מחיר רק לחלק מהפרטים שבטבלה	ראו סעיף 9 בנספח ב' חלק 2
.20	נספח ב' (חלק 2)	17	נבקש להבהיר באיזו יחידת מידה יש להציע את הפרטים (אריזה/כפפות בודדות/זוגות)	מחיר יחידה = מחיר עבור זוג כפפות בודדות סה"כ מחיר=הינו מכפלת מחיר יחידה כפול כמות שנתית צפויה לאספקת הטובין
.21	נספח ב' (חלק 2)	17	אנחנו מתקשים להבין את הכמויות המבוקשות במכרז. האם הכמויות אשר רשומות בו הן בזוגות של כפפות בודדות או בקופסאות? אם בקופסאות, כמה כפפות יש בקופסא מבחינתכם?	כמות שנתית צפויה לאספקת הטובין מתייחסת עבור עבור זוג כפפות בודדות
.22			טבלת המוצרים לתמחור לא ברורה מבחינת חלוקת הכפפות ללא אבקה/עם אבקה/ניטרל	פריטים 1-7 כפפות סטרילי לאטקס עם אבקה פריטים 8-12 כפפות סטרילי לאטקס ללא אבקה פריטים 13-17 כפפות נטרילי סטרילי
.23	נספח ג'	1	נבקש הבהרתכם האם כפפות מסוג STERIL HU הינם כפפות לטקס עם אבקה או ללא אבקה?	פריטים 1-7 כפפות סטרילי לאטקס עם אבקה
.24	נספח ג'	1	נבקש הבהרתכם האם כפפות מסוג GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX הינם כפפות לטקס עם אבקה או ללא אבקה?	פריטים 8-12 כפפות סטרילי לאטקס ללא אבקה
.25	נספח ג'	4	למיטב ידיעתנו אצל כלל היצרנים אינדיקטור כימי נמצא רק על גבי קרטון חיצוני ולא על שקית בודדת. נבקש לאפשר אינדיקטור כימי על גבי קרטון חיצוני ולא על כל שקית בודדת.	ראו מפרט טכני מעודכן במסמכי המכרז המעודכנים.
.26	נספח ה'	7.6	נבקש לשנות את הסעיף כך שייקרא להלן: "בדיקת עמידת הספק בתנאי ההתקשרות תתבצע בין היתר באמצעות ביקורות ע"י נציג מרת"א. מרת"א יהיה רשאי לבצע ביקורות, בתיאום מראש עם הספק לטובת היערכות, וכן להתקשר עם יועצים חיצוניים לביצוע הביקורת (אשר יחתמו על הסכם סודיות לטובת העניין) ואם יעשה כך מתחייב הספק לשתף פעולה עם נציגים אלו".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
.27	נספח ה'	9.7	נבקש להבהיר כי זמינות הספק תהא בשעות העבודה המקובלות בימי העסקים ולוחות הזמנים יוגדרו ויוסכמו בין הצדדים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.28	נספח ה'	9.12	נבקש למחוק את המילים "הבלעדית והמלאה" מהסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.29	נספח ה'	9.13	נבקש להסיר את הסייפא בסעיף: "הספק מתחייב כי במידה ואחד הבאים מטעמו לא יתאים לשירות ו/או לא יעמוד בדרישות המקצועיות הכרוכות באספקת הטובין מרת"א יהא רשאי לדרוש את החלפתו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.30	נספח ה'	9.24	נבקש להשמיט את המילים הבאות מסייפא הסעיף: "...או ממסמכי התאגיד הרלוונטיים להצהרתו זו"...	הסעיף יוותר ללא שינוי
.31	נספח ה'	12	נבקש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי למכרז זה.	הסעיף מבוטל
.32	נספח ה'	13.3	נבקש להחליף את הסעיף בניסוח שלהלן: "הספק יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בטובין שיופקו, או בכל חלק מהם ויפצה את מרת"א בעד כל נזק והפסד ישירים שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל."	הסעיף יוותר ללא שינוי
.33	נספח ה'	17.2.2	נבקש להחליף את הסעיף בניסוח שלהלן: " בתקופה שמעבר ל 3-חודשים ועד שנה, מרת"א יהיה רשאי להחזיר את הטובין לספק הזוכה תוך קבלת התמורה ששולמה בניכוי 50% ממנה. השבה בסעיף קטן זה תעשה בעקבות חו"ד הגורמים המקצועיים כי השימוש בטובין פוגע באיכות הטיפול הרפואי ו/או בבריאות המטופל."	הסעיף יוותר ללא שינוי
.34	נספח ה'	19.6	נבקש למחוק סעיף זה כליל. אנשי המקצוע מטעם הספק מסורים לשיקולו הבלעדי של הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.35	נספח ה'	21.2	נבקש לעדכן את הסעיף בנוסח הבא: "היה ומרת"א יידרש ו/או יחויב ע"י ערכאה משפטית מוסמכת לשלם סכום כלשהו לאדם ו/או גוף שהוא בקשר עם נזק שהוא באחריות הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לשפות את מרת"א בגין הסכום שיוציא בקשר עם תביעה כאמור ובכלל זה הוצאות ושכר טרחת עורך דין סבירים והכל בכפוף לפס"ד חלוט".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
.36	נספח ה'	21.3	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף: "...למעט נזק הנגרם עקב רשלנות ו/או מעשה בזדון ע"י מי מטעמה של מרת"א".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.37	נספח ה'	22.6	נבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.38	נספח ה'	22	נבקש כי מרת"א יאפשר לקיים את התחייבויותנו לרכישת ביטוח באמצעות ביטוח מסחרי ו/או ביטוח עצמי (לרבות נשיאת סיכון ישירה) ו/או שילוב של השניים. נבקש להוסיף זאת בסיפא של סעיף 22.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.39	נספח ו'		היכן מציגים את הכפפות ?	ראו סעיף 13 בנספח א' תנאי המכרז

בכבוד רב,
 יורם הלני
 מנהל יחידת ממוזים

מפרט טכני למכרז פומבי מוגבל מס' 223825 לאספקת כפפות סטריליות עם וללא טלק

1. להלן פירוט הטובין המבוקשים:

שם הפריט	מס'
GLOVE SURGIC 6.0 STERIL HU	.1
GLOVE SURGIC 6.5 STERIL HU	.2
GLOVE SURGIC 7.0 STERIL HU	.3
GLOVE SURGIC 7.5 STERIL HU	.4
GLOVE SURGIC 8.0 STERIL HU	.5
GLOVE SURGIC 8.5 STERIL HU	.6
GLOVE SURGIC 9.0 STERIL HU	.7
GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX 6.5 STERIL	.8
GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX 7.0 STERIL	.9
GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX 7.5 STERILE	.10
GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX 8.0 STERIL	.11
GLOVE HYPOALLERGENIC LATEX 8.5 STERIL	.12
GLOVE NITRILE 6.5 STER .	.13
GLOVE NITRILE SMALL 7.0 STER .	.14
GLOVE NITRILE MEDIUM 7.5 STER	.15
GLOVE NITRILE LARGE STER 8.0.	.16
GLOVE NITRILE 8.5 STER	.17

2. על כל אריזה בודדת חייב להופיע מק"ט יצרן (REF) ומספר אצווה (LOT), מועד פגות תוקף וברקוד תקני, כיתוב "סטרילי" וחומר ממנו עשוי המוצר.
3. על הכפפות ללא טלק חייב להופיע סימון ברור "ללא טלק".
4. על אריזת כפפות עם טלק חייב להופיע סימון ברור "עם טלק".
5. האריזה אותה הוא מספק עומדת בתקן ISO 11607 ו EN 868-5.
6. כפפות חייבות לעמוד בתקן הישראלי 426 חלק 1 של מכון התקנים "כפפות גומי חד פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות".
7. פתיחת האריזה החיצונית מאפשרת שמירה על סטריליות האריזה הפנימית, פתיחת האריזה הפנימית מאפשרת שמירה על סטריליות הכפפות, כיפול כפפות בתוך האריזה מאפשר עטיתן תוך שמירה על סטריליות של הצד החיצוני.