

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מכון חסלר
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

Pentax Single use ^{video} Bronchoscope
מקט תכרה - EB15-501

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____ X טובין _____

שם הספק:	Getter
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).


3. נימוקים והערות נוספות.

1. Best instrument working channel: outer diameter size (important for bronchoscopy in patients with small endotracheal tube or tracheostomy).
2. Large bronchoscope has 3.0mm working channel (bigger than our current bronchoscopes). Important for foreign body removal and blood-clearance during high-risk procedures like transbronchial cryobiopsies.
3. Much better scope flexion ability to access difficult bronchi.
4. HD monitor with best-in-class screen size (so the scopes can be used for interventional procedures).
5. Sterile/disposable for immunosuppressed (including post-lung and bone marrow transplant) patients.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	אתל אגראל	סולמג צ'לפנה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית