

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	חדר ניתוח
תאריך:	05/02/24

קרבן מחקרים _____ X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095093464	TRIDENT HD SPECIMEN RADIOGRAPHY SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ס S מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין X

שם הספק:	מדטכניקה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 91,926 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים
	_____ ספק חוץ

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

סלים בדר	רנטגנאי ראשי	ורד
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



אגף הדימות

כ"ו/שבט/תשפ"ד
05/02/2024

דרישה - 20833820

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד – מערכת לצילום פרפאראט Trident HD SPECIMEN

המרכז הרפואי שיבא, מעוניין לשדרג מערכת לצילומי רקמת שד (פרפאראט) המוצבת בחדרי ניתוח החל משנת 2012. המערכת הנוכחית מוגדרת כ EOL ו- EOS, מרבה להתקלקל ואינה נותנת מענה הולם להדמיית רקמת השד כחלק מהליך הניתוח.

לאחר סקר שוק, נמצא כי המערכת הנייל של חברת Hologic הינו החלופה היחידה שזמינה בארץ לצילומי פרפאראט כולל מערך שירות עם פריסה ארצית רחבה כ"כ תמיכה אפליקטיבית זמינה.

לאור כל האמור לעיל, אבקש לראות בחב' מיד טכניקה כספק יחיד למערכת המוצעת.

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי