

הנדון: חוות דעת מקצועית להתקשרות עם ספק יחיד

1. הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם בעניין בקשה לקיום עסקת ראגנטים בנכשיר מסוג Capillary3 (להלן: "המכשור") תוצרת חברת SEBIA (להלן: "היצרן") המשווק בלעדית בישראל על ידי חברת דניאל ביוטק. מדובר בראגנטים מאותו יצרן (SEBIA) המשמשים כיום לביצוע בדיקות זהות במכשיר ה-HydrasisII. מדובר בתוספת מכשיר עקב עליה דרמטית בכמויות ועליה בצורך לטכנולוגיה בעלת הפרדה ברזולוציה גבוהה יותר, כפי שמקובל בשנים האחרונות בכל המרכזים בארץ ובעולם. למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מכשיר זה – Capillary3 הייחודי לפי הפרמטרים כמפורט להלן:

- 1.1. המערכת מבצעת הפרדה בשיטת אלקטרופורזה נימית (קפילרית) של דם ושתן, בשמונה קפילרות בו זמנית, ללא שלב פרה אנליטי. זה מאפשר איסוף של מספר נקודות נתונים בכל ניתוח, כולל מידע על אורך, זמן ומרחק נימיים שמספקים נתונים מקיפים לניתוח מתקדם.
- 1.2. המערכת בעלת בקרת טמפרטורה הדוקה במהלך המיגרציה של הדגימה, מאפשרת הדירות גבוהה של תוצאות ללא תלות בקפילרה.
- 1.3. המערכת כוללת בקורות איכות מובנות.
- 1.4. המערכת באוטומציה מלאה, מפחיתה טעויות אנוש ומשפרת דיוק התוצאה.
- 1.5. המערכת מתחברת ל-LIS לשידור תוצאות ישיר ללא הקלדה ידנית.
- 1.6. המערכת פועלת בצורה מהירה, ובכמויות גדולות, ובכך מפחיתה זמני סבב לתוצאה.
- 1.7. זוהי המערכת המובילה בעולם נכון להיום, עם מספר המשתמשים הגדול ביותר, ומספר הדיווחים הגבוה ביותר בבקורות איכות חיצוניות שנמצאות בשימוש המעבדה.
- 1.8. כאמור, מדובר במכשיר שיעבוד לצד מכשיר קיים נוסף HydrasisII בו יבוצעו בדיקות נוספות משלימות לאותם המטופלים. יש חשיבות קלינית לעבודה בראגנטים של אותה החברה בשני סוגי הבדיקות.

2. למיטב ידיעתנו ובדיקתנו, הריאגנטים היחידים המתאימים לשימוש במכשור, הינם ריאגנטים תוצרת חברת SEBIA כמפורט בטבלה שלהלן, המשווקים בלעדית בישראל ע"י חברת דניאל ביוטק (להלן: "הספק היחיד"):

מק"ט ספק	פריט
2503	CAPI 3 PROTEIN(E) 6
4785	CONTROL SERA NORMAL (5x1 ML)
2581	CAPI 3 BINS FOR REAG. CUPS (5)
2582	REAGENT CUPS FOR CAPI 3 (24x14)

CAPI 3 WASH SOLUTION	2062
CLEANPROTECT (5ML)	2059
Capiclean capillarys 3	2060
CAPI 3 IT	2600
Control IT/IF	4788
CAPI 3 urine	2513
Capillary dialysis	9200

3. לפיכך אנו מבקשים לראות בחברת דניאל ביוטק כספק יחיד ומבקשים להתקשר עימה בהליך פטור ממכרז של ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים תשנ"ג-1993

בברכה,

ד"ר יפעת אלקלעי, מנהלת המעבדה לאימונולוגיה קלינית