



12/03/24

לכבוד :

כלל המציעים :

הנדון: מכרז פומבי מס' 234151 – לאספקת מסכים
דיאגנוסטיים + מסכים קליניים עבור המרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי – עדכון מפרט טכני

1. בוצע עדכון במס' סעיפים במפרט הטכני, להלן הסעיפים שעודכנו :

מס' סעיף	תיאור
1.1	Lcd Panel TFT IPS 24" - 21"
1.4	Native Resolution 1920 X 1200 (2MP)
2.1	Lcd Panel TFT IPS 21"-22"

2. מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום 18/03/24 עד השעה 12:00.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים