



17/03/24

לכבוד :

כלל המציעים :

הנדון: מכרז פומבי מס' 234151 – לאספקת מסכים
דיאגנוסטיים + מסכים קליניים עבור המרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי – עדכון מפרט טכני

1. שימת ליבכם כי סעיף 1.7 במכרז עודכן כדלקמן :

1.7. Maximum Luminance 400 cd/m

2. מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום 21/03/24 עד השעה 12:00.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים