

ו' אדר א תשפ"ד
15 פברואר 2024

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100051905
לאספקת מערכת יזן כרומטוגרף עבור רשות המים**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	תנאי המכרז	4.1.1.3	אנא אשרו כי על מנת להוכיח עמידת תאגיד על בסיס ניסיון בעלי התאגיד כשנצבר כשכיר, די יהיה באישור מהמעסיק שאצלו נצבר הניסיון בעניין הניסיון.	כמפורט במסמכי המכרז: "ככל שמציע/ה מהווה תאגיד אשר ניסיונו מתבסס על ניסיון בעלי התאגיד כעוסק/ת מורשה או כשכיר/ה, ניתן להכיר בניסיון זה ובלבד שהם בעלי לפחות 30% ממניות התאגיד." יש להציג את ניסיון בעל התאגיד כאמור, וכן הוכחה כי הינו בעל לפחות 30% ממניות התאגיד.
2.	נספח י' למסמכי מכרז- תצהיר לעניין עמידה בכל דרישות המכרז	3.2	נבקש להוסיף לתצהיר כאמור אפשרות הצהרה על בסיס ניסיון בעלי התאגיד כעוסק מורשה ו/או כשכירים בהתאם לתנאי הסף של המכרז.	ככל ובעל התאגיד עומד בתנאי המפורטים במענה לשאלה 1, אין צורך לתקן את התצהיר שבנספח י'.

3.	נספח י"ג הסכם	ב2	בסוף הסעיף לפני הנקודה (לאחר המילה "ההסכם"), נבקש כי יירשם "אשר הובאו לידיעתו במסגרת מסמכי המכרז על כל נספחיהם"	אין שינוי במסמכי המכרז.
4.	נספח י"ג הסכם	ז2	בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים "הגבוהות ביותר". הסטנדרט המקובל הוא ביצוע ההתחייבויות במסגרת ההסכם במומחיות ומקצועיות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
5.	נספח י"ג הסכם	א3	נבקש כי חלף המילים "המקצועית הגבוהה ביותר" יירשם "מקצועית".	אין שינוי במסמכי המכרז.
6.	נספח י"ג הסכם	ו3	לנוכח דרישת הסעיף כי הספק יוודא מי הם מורשי החתימה מטעם הרשות, נודה לקבלת הבהרה מיהם מורשי החתימה מטעם הרשות לעניין ביצוע המכרז.	מורשה החתימה הוא מנהל הרשות וחשב המשרד או מי מטעמם.
7.	נספח י"ג הסכם	ה6	לנוכח דרישת הסעיף כי הספק יוודא מי הם מורשי החתימה מטעם הרשות, נודה לקבלת הבהרה מיהם מורשי החתימה מטעם הרשות לעניין ביצוע המכרז.	ראה תשובה לשאלה 6.
8.	נספח י"ג הסכם	ו6	נבקש כי בסוף הסעיף, לאחר הנקודה, יירשם "סמכות הרשות ליתן אישור כאמור תופעל בהגנות ובסבירות, והאישור כאמור יינתן על פי המועדים הקובעים בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017".	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
9.	נספח י"ג הסכם	י6	בשורה הראשונה, לאחר המילים "על פי כל דין", נבקש כי יירשם "אלא אם הספק יציג לרשות פטור מרשות מוסמכת בעניין החובה לנכות תשלום מסויים"	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
10.	נספח י"ג הסכם	א8	בשורה הראשונה, לאחר המילה "סכום" נבקש כי יירשם "קצוב". בסוף הסעיף, לפני הנקודה, נבקש כי יירשם "של 14 ימים לפחות".	אין שינוי במסמכי המכרז.
11.	נספח י"ג הסכם	א17	בשורה הראשונה, לאחר המילה "באחריות" נבקש כי יירשם "לפי דין". בשורה השלישית, נבקש כי יימחקו המילים "וכיו"ב" וכי חלף המילים "הפעלת" יירשם "הפרת התחייבויותיו על פי". בסוף	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.

	הסעיף לפני הנקודה, נבקש להוסיף את המשפט "ו/או במקרה בו הנזק נגרם כתוצאה מהפרת הרשות חובה המוטלת עליה על פי דין".			
12.	נספח י"ג הסכם	17ב	בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים "או לרשות או לכל אדם אחר" ולהוסיף החרגה לפיה אחריותו הבלעדית של הספק לא תחול במקרה שבו הנזק נגרם מחמת מעשה או מחדל רשלני של הרשות ו/או הפרת הרשות חובה המוטלת עליה לפי דין. נבקש לקבל הבהרה כיצד הסעיף, בנוסחו הנוכחי, מתיישב עם האמור בסעיף א.	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
13.	נספח י"ג הסכם	17ג	נבקש כי המשפט המתחיל בשורה הראשונה לפיו "כל סיבה שהיא הנובעת ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה, מייד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות" ימחק, וחלף זאת יירשם בשורה הראשונה תימחק, וחלף זאת יירשם "כתוצאה מהפרת הספק את הוראות הסכם זה ו/או הפרת כל חובה חקוקה החלה על הספק ו/או כתוצאה ממעשה רשלני או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו"	אין שינוי במסמכי המכרז.
14.	נספח י"ג הסכם	17ה	בשורה הראשונה, לאחר המילה "ההוצאות" נבקש כי יירשם "הסבירות". בסוף הסעיף, לפני הנקודה, נבקש כי יירשם "כתוצאה מהפרתו על ידי הספק".	אין שינוי במסמכי המכרז.
15.	נספח י"ג הסכם	121ב	בסבסוף תת הסעיף, לאחר המילה "העבודה", נבקש כי יירשם "לאחר שניתנה לספק התראה בכתב וזמן של 7 ימים לפחות לרפא את הפיגור ואי העמידה בלוחות הזמנים כאמור".	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
16.	נספח י"ג הסכם	21ב2	בסוף תת הסעיף, לאחר המילה "בהסכם", נבקש כי יירשם "ולאחר שניתנה לספק התראה בכתב על כך וזמן של 14 ימים	אין שינוי במסמכי המכרז.

	לפחות לרפא את אי העמידה בהתחייבויותיו המהותיות			
17.	נספח י"ג הסכם	4ב21	נבקש כי במקום המספר "30" יירשם "90"	אין שינוי במסמכי המכרז.
18.	נספח י"ג הסכם	6ב21	נבקש כי בשורה הראשונה, לאחר המילה "לרשות" יירשם "שלא לצרכי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו,"	אין שינוי במסמכי המכרז.
19.	נספח י"ג הסכם	7ב21	נבקש כי לאחר המילה "הרשות" ולפני הנקודה, יירשם "ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין."	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
20.	נספח י"ג הסכם	8ב21	נבקש כי לפני הנקודה, יירשם "אשר לא ניתן יהיה לרפאו"	אין שינוי במסמכי המכרז.
21.	נספח י"ג הסכם	22 א	אנא הבהירו מהו גובה ערבות הביצוע שנדרש המציע הזוכה להעמיד במסגרת ההסכם.	5% מהיקף ההתקשרות.
22.	נספח י"ג הסכם	22 ב	נבקש כי במקום המספר "60" יירשם "30"	אין שינוי במסמכי המכרז.
23.	נספח י"ג הסכם	27 א	נבקש כי הביקורת תיערך בשעות העבודה המקובלות. כמו כן, נבקש כי הזכות לעשות ביקורת תעמוד לרשות במהלך תקופת ההסכם ו-12 חודשים לאחר מכן, ובכפוף לחתימה של עורך הביקורת על התחייבות לסודיות כלפי הספק בנוסח סטנדרטי.	אין שינוי במסמכי המכרז. הרשות תפעיל את ההסכם בהגנות ובסבירות.
24.	נספח י"ג הסכם	27 ה	נבקש כי במקום "צד שלישי" יירשם "עובדו ו/או שלוחו המעורב בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה."	אין שינוי במסמכי המכרז.
25.	4	4.1.1.3.3. 1 (עמ 4)	המכשיר מתוצרת מטרום אינו מצריך עבודה עם גרדניאנט. המכשיר עובד בטכנולוגיה שונה לאפליקציות הנדרשות עבורכם. מצ"ב דפי האפליקציה מהיצרן.	מקובל. ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.
26.	4	4.1.1.3.3. 4 (עמ 5)	2 קולונות. האם תרצו להחליף בין 2 הקולונות. האם תרצו להריץ את 2 האפליקציות המיועדות במקביל? לחברת מטרום יש 2 סוגים של מכשור וחשוב לדעת זאת מבעוד מועד על מנת להציע את המכשיר.	אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי הדרישה הנה להריץ ב-2 השיטות באותו המכשיר בשימוש ב-2 קולונות נפרדות וללא צורך בהחלפת קולונות או אלוואנטים.
27.	נספח י"ג	6 (עמ 53)	עבור שעות עבודה- רשום 280 ש"ח. עד מתי מחיר זה יחול? כמו כן, אין התייחסות לכיול	מחיר זה יחול על שעת עבודה, לרבות עבור כיול וטיפול במכשיר, בהתאם לכללי ההצמדה המפורטים בהסכם.

	המערכת			
28.	4	4.1.1.3.1 (עמ 4)	EPA 300, EPA 314 מבוצעים עם 2 אלואנטים שונים. במידה ועובדים עם משאבה אחת, לא ניתן לבצע 2 הבדיקות יחד.	אין שינוי בתנאי המכרז.
29.		4.1.1.3.3. 9 (עמ 5)	נפח הזרקה עבור פרכלוראט עומד על 1250 מק"ל לפי השיטה (מצ"ב שיטת עבודה לפי EPA 314-S-367)	אין שינוי בתנאי המכרז.
30.		4.1.1.3.3. 11 (עמ 5)	לפי השיטה של מטרורם סולפט יוצא בסביבות 30 דקות. לא עומד בדרישות של משך ההרצה עד 25 דקות (מצ"ב שיטה לפי EPA 300-S-312)	אין שינוי בתנאי המכרז לתשומת לב, הסעיף מדבר על הרצה בודדת לפרכלורט.
31.	1-רקע	1.3	כנראה שהייתה טעות סופר במילה "אינה" נבקש לשנות ל: "תוכנת המערכת הינה תומכת..."	אין שינוי במסמכי המכרז.
32.	4-תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)	4.1.1.3	להבנתנו, הכוונה היא להצעה של מערכת חדשה. נבקש לשנות את התאריכים ל-2023 או 2024.	ר' נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.
33.	10- התמורה	10.5.2	התעריף שאנו מציעים לשעת עבודה גבוה יותר. נבקש לשנות את המחיר ל"לפי מחירון הספק".	אין שינוי בתנאי המכרז.

בברכה,
ועדת מכרזים