

משרד:	מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
יחידה מזמינה:	מערך מזון ואספקה
תאריך:	7.3.24

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת חומר לחיטוי בערפול ורכישה/השכרת ציוד גלווה מחברת אקופרוס

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אקופרוס
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	514663921
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	שנה
תקופת ההתקשרות:	130,000 ש"ח כולל מע"מ

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

- בית החולים השתמש עד לתחילת שנת 2024 בחומר חיטוי בערפול של חברת זוהר דליה וזאת לטובת חיטוי חדרים.
- לאחר שהספק הודיע כי אין ביכולתו לספק יותר את החומר בוצעה פנייה לאיתור ספקים, חומרים וציוד חלופיים.
- בוצעו בדיקות של מחלקת מניעת זיהומים לעמידה בדרישות, למול החומרים והציוד שהציעו ספקים.

לאחר בדיקת נתונים של שני החומרים המיועדים לחיטוי סביבת המטופל באמצעות מכשיר לחיטוי בערפול נמצא:

1. תכשיר בריכוז 12% Hydrogen Peroxide (תוצרת חברת OXYPHARM) - נמצא יעיל ובטוח לחיטוי סביבת החולה לשימוש עם מכשירים הנמצאים בבית החולים. נצבר ניסיון רב בשימוש התכשיר בריכוז 12% Hydrogen Peroxide במשך 6 שנים: לא פוגע במשטחים וציוד רפואי עדין, פרק זמן מומלץ לאורור החדר 40-30 דקות, בהתאם לגודל החדר וריכוז החומר פעיל.

2. תכשיר OX VIRIN (מספק זוהר דליה) בהרכב 0.08% Acetic acid, Peracetic Acid 0.05% & Hydrogen Peroxide 0.2% נמצא בריכוז של 0.2% Hydrogen Peroxide נמוך מאוד לעומת התכשיר הקודם. ללא ניסיון שימוש קודם באמצעות מכשירים הנמצאים בבית החולים התכשיר מיועד לחיטוי משטחים וציוד על ידי מגע ישיר, ריסוס, טבילה, ניגוב וחיטוי הסביבה בערפול. לפי הוראות היצרן, בסיום הערפול יש לאורר את המקום שטופל ולמנוע גישה אליו למשך 3 שעות.

לסיכום: מומלץ להמשיך לעבוד עם תכשיר בריכוז 12% Hydrogen Peroxide שנמצא יעיל ובטוח לחיטוי סביבת החולה, כולל ציוד עדין, בערפול ומתאים לשימוש במכשירי ערפול הנמצאים בבית החולים. ולא דורש זמן ממושך (3 שעות) לאורור המקום לאחר ביצוע חיטוי בערפול.


ממצאי הבדיקה:
החומר המוצע ע"י חברת אקופרוסס הינו היחיד העומד בדרישות ומתאים לשימוש בבית החולים.
חברת אקופרוסס הינה היבואן והנציג הבלעדי של חברת OXYPHARM , המייצרת את החומר והציוד הקשור לפעולת תהליך החיטוי.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם ופירוט 'אסוף הרופא'

	מפקחת קלינית אפידמיולוגית	דיאנה נסטור
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית