



09/04/24

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 234369 לאספקת קיטים לבדיקה מהירה פאנל 12

סמים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	א'	12.2	תנאי סף 12-האם ניתן להסתפק בניסיון של כשנה באספקת קיטים/בדיקות דיאגנוסטיות/אמ"ר לבתי חולים עם ניסיון של שנה? חברת IGL MEDICA מספקת בדיקות דיאגנוסטיות לכ-10 בתי חולים, כולל איכילוב (חשבון ספק במרת"א 2101035519)	ללא שינוי
2.	ג'	מפרט טכני	קיט PCP (phencyclidine) - האם ניתן לקבל סף גילוי (cut-off) של 25ng/ml? (במקום 20ng/ml)	מקובל
3.		כללי	מועד פרסום תוצאות המכרז?	בסיום הליכי המכרז והחלטת ועדת מכרזים.
4.	הסכם	כללי	מועד אספקה?	7 ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה
5.	ב'	הצעת מחיר	האם מדובר ב-140 בדיקות בלבד לשנה? סה"כ לשנתיים 280 בדיקות בלבד?	הכוונה ל 3500 פנלים (12 בדיקות בכל פנל) בשנה
6.		כללי	האם נדרשות דוגמאות?	נדרשת ולידציה
7.	ג'	מפרט טכני	האם יש פתיחות לערכת גילוי סמים ברוק (במקום שתן)? הבדיקה מדויקת ומסוגלת לגלות סף נמוך יותר	ללא שינוי
8.	ג'	מפרט טכני	האם אפשר לספק כוס לתוכה מטילים שתן ומקבלים את 12 הבדיקות?	ללא שינוי
9.	ג'	מפרט טכני	האם נדרשת אריזה -קופסא נפרדת או בפאנץ'?	כל קסטה ארוזה וסגורה

10.	תנאי סף	12.2	לחברתנו יש ניסיון של מעל 20 שנים בשיווק קיטים לבדיקה מהירה של סמים בהרכב פאנלים שונה וכן עם כמות משתנה של אנליטים ללקוחות שונים, ביניהם גם בתי חולים וקהילות רפואיות. כפי שמוגדר במסמכי המכרז, מדובר בהתקשרות לרכישת טובין בעל תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, ועל כן אין לחברתנו ניסיון מצטבר באספקת קיטים לבדיקה מהירה לפאנל הסמים הספציפי שמוגדר במכרז זה. לכן, נבקש כי לצורך עמידה בתנאי סף זה, יתקבל מציע אשר לו ניסיון באספקת קיטים לבדיקה מהירה לפאנל של 10 סמים כאשר סוגי הבדיקות השונות כוללים את כל סוגי הסמים נשוא הקיטים המבוקשים במסגרת מכרז זה.	ללא שינוי
11.	א'	5	1. מאחר ומדובר בפאנל בדיקות מאוד ספציפי שאיננו מחזיקים במלאי באופן קבוע, נבקש לאשר להגיש את הדוגמאות להדגמה עד 3 שבועות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. 2. נבקש להבהיר כמה דוגמאות צריך להעביר לצורך הדגמה.	סעיף 1 מקובל סעיף 2 100 קסטות
12.	נספח ב' (חלק 2)	18	1. כמות שנתית צפויה לאספקת הטובין המצוינת במכרז זה היא 140. מבוקש להבהיר מהן יחידות המידה, כלומר, האם מדובר ב140 בדיקות בודדות או 140 ערכות בדיקה (כאשר כל ערכה מכילה 25 בדיקות בודדות). 2. נבקש להבהיר כי בסעיף זה נדרש ברקוד על אריזת ערכת הבדיקה ולא על כל קיט בודד.	סעיף 1 3500 בדיקות בשנה סעיף 2 מקובל
13.	נספח ג'	3	עבור האנליט PCP (Phencyclidine) urine - ערך סף הגילוי המקובל בשוק הוא 25 ng/mL ולא 20 ng/mL. נבקש לאשר קיט בו ערך סף הגילוי עבור אנליט זה הוא 25 ng/mL.	מקובל
14.	נספח ה'	22.4	מבוקש למחוק סעיף זה, המכרז מתייחס לאספקת מוצרים ועל כן אין צורך בביטוח עבודות קבלניות.	ללא שינוי הנדרש בסעיף יהיה בהתאמה לנושא המכרז.

בכבוד רב,

 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים