

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	15.4.24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095093688	D L.A.S.A.R. POSTURE3

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאיליה ברסלבסקי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	88,200 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

4 בפברואר 2024
מספרנו: הני"ר/0036-2024
תיק: 6511

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: שיקום אורתופדי – חו"ד לרכישת מתקן כיוונון לרגל תותבת (3D L.A.S.A.R POSTURE)

1. בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישה של המתקן לכיוונון לרגל תותבת בכמות 1 יח'.
2. במלחמת "חרבות ברזל" המחלקה לשיקום האורתופדי מטפלת בעשרות משתקמים לאחר קטיעה. במסגרת הטיפול, מותאמת להם תותבת לצורך הליכה. בשביל לייצר תותבת מדויקת, נדרשת מערכת כיוונון שמוודדת את הלחצים המופעלים על המטופל ועל התותבת.
3. המכשיר L.A.S.A.R 3D Posture הינו מכשיר העונה על הצורך הזה.
4. המערכת המדוברת מוודדת את הלחצים המופעלים על רגל המטופל, על מפרקיו ועל התותבת. המטופל נעמד על פלטת מדידה המורכבת משני חלקים המודדים את הלחצים באופן בלתי תלוי. בנוסף, רגלי המטופל מצולמים ע"י המצלמות שעומדות מסביב. התמונות המתקבלות מהמצלמות עוברות לתוכנה ייחודית המותקנת על טאבלט ייעודי. הצילומים עוברים עיבוד בתוך התוכנה, וכתוצאה מכך מתקבלים איורים המראים את התפלגות הכוחות על הגפיים התחתונות של המטופל. ניתן להפיק דו"ח בדיקה המכיל את התמונות והמדדים ולהעבירו לפורמט pdf.
5. על המכשיר להתחבר למערכת ADA ולרשת קמיליון.
6. לא ידוע למומחי מחלקת שיקום אורתופדי על דגמים חלופיים בשוק. בנוסף, לאחר בדיקת הני"ר לא נמצאו דגמים העונים על צורך המחלקה בשוק הישראלי.
7. בזאת, נא לראות ביצרן OTTOBOCK ונציגו חברת אלדן ספק יחיד לרכישה.
8. מצורפת הצעה 235R01841 של חברת אלדן למכשיר L.A.S.A.R 3D Posture תוצרת חברת OTTOBOCK.
9. המערכת תגיע עם תכולת אספקה הבאה:
 - א. פלטת מדידה (המורכבת משני חלקים מחוברים).
 - ב. שני עמודים עם שתי מצלמות בכל אחד.
 - ג. טאבלט המשמש כמסך וכמכשיר שליטה על המערכת.
 - ד. מארז נשיאה.

סעיף תקציבי – בהתאם לסימוכין.

ברכה,
אילה ברסלבסקי
מהנדס ביו-רפואה
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: גב' עינב גוטרמן
ד"ר אלכסנדרה פלאבשיץ