

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	15.4.24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089124	SPECTAR VIDEO NASO XN P 2.7MM 300MM MIC LED

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	DCS MEDICAL
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513189001
מספר ספק בשיבא	13240
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	31,000 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

3 באפריל 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0086
תיק: 6-1130

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: **א.א.ג. – מרפאה –**

חוו"ד לרכישת וידאו אנדוסקופ גמיש למגדל סטרובוסקופיה מתוצרת XION Medical.

הושבת מכשיר שבנדון מדגם XN P2.7MM (מס"ד יצרן 226559) תוצרת XION Medical, עקב תקלה שאין כדאיות כלכלית לתקנה.

התקבלה הצעה מחברת DCS מדיקל לרכישת מכשיר זהה בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש (סעיף 2 בהצעה)

המכשיר הני"ל הינו חלק ממגדל סטרובוסקופיה מתוצרת XION המשמש במרפאה. מאחר ולא ניתן לשלב במערכת הקיימת מכשור קצה שאינו מתוצרת יצרן המערכת, יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו המקומי, ספק בלעדי לרכישה.

בברכה,

מיטק בילסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' עדי פרימוב
גבי חופית צדוק