

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מכון גסטרו
תאריך:	24.1.24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084737	PENTAX THERAPEUTIC NEW VIDEO ULTRASOUND GASTROSCOPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)
_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	155,000 יורו+מע"מ

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ענבר אמונץ-שושן	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

23 בינואר 2024
מספרנו: הני"ר/0020-2024
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון גסטרו –
חוו"ד לרכישת תוספת למערכת אנדוסקופית Pentax - וידאו-גסטרוסקופ אולטראסוני
(EUS) Video Ultrasound Gastroscope

דוא"ל דר' עידן לוי מיום 12.01.24

בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישה של המכשור שבנדון בכמות של 2 יח'.

מדובר ב-GastroScope עם מתמר אולטרסאונד ובתוספת למערכת אנדוסקופית תוצרת PENTAX-HITACHI המשמשת במכון גסטרו. המערכת שנמצאת בשימוש המכון כוללת בין היתר מכשיר אולטרסאונד, פרוססור, מתמרים ומכשור קצה נוסף. מצורפת הצעת מחיר 240016/24 של חברת גטר לדגם EG38-J10UT תוצרת PENTAX. יש לממש ההצעה במלואה. למען הסר ספק, לא ניתן לשלב במערכת הקיימת במכון מרכיבים שאינם מתוצרת PENTAX, ולפיכך יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה.

הערות:

- ההצעה כוללת 12 חודשי אחריות בלבד ללא אפשרות הרחבה.
- על ההזמנה לכלול ספרות יצרן במדיה דיגיטלית

ז. ב. ר. כ. ה.,
ענבר אמוץ-טוישן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' עידן לוי