

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	17.04.24

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082517	SLE6000 INFANT VENTILI.MODEL A

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חווי"ד מצ"ב מרפאל גירסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	טבע
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	557410149
מספר ספק בשיבא	1859
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$153,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

14 באפריל 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0100
תיק: 1115

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' פגים – חו"ד לרכישת מכשיר הנשמה לפגים ותינוקות תוצרת חברת SLE

1. נדרשת רכישה דחופה של 3 מנשמים להנשמת פגים.
2. מדובר במנשמים ייחודיים וייעודיים לפגים.
3. קיימים שני יצרנים למנשמים ייעודיים אלו ושניהם קיימים בשיבא.
4. מנשם של יצרן FABIAN נרכש בעבר אולם סובל מבעיה חוזרת על עצמה של אספקת מתכלים וחוסר שביעות רצון של הצוותים.
5. יצרן הנוסף הינו חברת SLE שבמרכז הרפואי קיים דור קודם של היצרן דגם 5000 וגם דור חדש 6000.
6. המכשירים מהדור הישן נדרשים לריענון, במערך שיבא נותרו 3 מנשמים אחרונים לריענון.
7. לאור הסיבות שצוינו ועל מנת לשמר אחידות במערך מבחינת שימוש ומתכלים יש להמשיך ולרכוש דגם זה SLE6000.
8. רצ"ב הצעת מחיר חברת טבע מדיקל לדגם SLE 6000 תוצרת חברת SLE אותה יש לממש, הצעה כוללת מדולים+ תוכנות תומכות, זרוע ייחודית ו-24 חודשי אחריות.
9. עקב הסיבות שפורטו, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

גדי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: מר יצחק אלורו
מר לוי איתן