

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	צינתורים
תאריך:	18/03/24

\_\_\_\_\_ **מדינת ישראל** X \_\_\_\_\_ **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095066304	CONTRAST DELIVERY SYSTEM MODEL: CVI

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב של סלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין X \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות רפואיות בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	140,000 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

טופס בקשה לרכש מכשור רפואי מספק יחיד

המשתמש: \_\_\_\_\_

מחלקה: יחידת צנתורים

דגם המכשור המבוקש: CVI STANDARD 220 יצרן: ACIST סוכן בארץ: אמי

תיאור המערכת מזרק אוטומטי לחדר צנתורים

פירוט חלופות שנבחנו (אם קיימות):

דגם: \_\_\_\_\_ יצרן: \_\_\_\_\_ סוכן: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_ יצרן: \_\_\_\_\_ סוכן: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_ יצרן: \_\_\_\_\_ סוכן: \_\_\_\_\_

אנו מבקשים להכיר ביצרן/סוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הציוד לעיל מהנימוקים הבאים:

ספק יחיד העונה על כל הצרכים (יש לפרט על אילו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל ספקים אחרים).

מערכת מבוססת טכנולוגיה ייחודית ו/או תכונות/יכולות ייחודיות שאין להן מענה אל ספקים אחרים (יש לפרט תוך התייחסות לצרכי השימוש הספציפיים).

אחידות מערכת (פרט האמצעים הקיימים ומדוע חשובה האחידות).


אחידות שיטת עבודה (פרט השיטה ומדוע חשובה האחידות).

אחר (פרט)

פירוט הנימוקים המקצועיים:

זהו המזרק היחיד המאפשר הזרקת חומר ניגוד בכמות קטנה וניתן לתכנת בהתאם להגדרות הרופא ומאפשר מדידה סימולטנית של לחצים. מכשרים אחרים אינם עולים על כלל דרישות הצוות.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
חתימה

11/3/24  
תאריך

## אגף הדימות

17/13/2024  
ז' אדר ב תשפ"ד

לכבוד  
ועדת מכרזים  
המרכז הרפואי "שיבא"  
כאן

### **הנדון: נימוק ספק יחיד – רכש מערכות הזרקה אוטומטית מתוצרת חברת ASSIST המשווקות ע"י חברת אמי טכנולוגיות בע"מ**

המרכז הרפואי "שיבא" החליט לרכוש מערכת הזרקה אוטומטיות לטובת חדר צנתורי לב  
ביחידת הצנתורים.

המזרק הנ"ל נחשב לייחודי בפעולות בצנתור מהסיבות הבאות:

1. המזרק הנ"ל מכיל מערכת התראה מפני הימצאות של בועות אויר בבוכנות כ"כ  
בצינורות של המזרק. לצורך כך קיימים שלושה סנסורים שאחראים על איתור  
וזיהוי בועות אויר במערכת ועצירת הזרקה חומר הניגוד במידת הצורך
2. צורת הפעלה ייחודית של המזרק, הרופא המצנתר יכול לשלוט באופן עצמאי  
במערכת והכל בצורה סטרילית וללא תלות באנשי צוות אחרים, הדבר חוסך זמן  
ומקצר משמעותית את זמן הפעולה
3. המזרק מאפשר ביצוע מדידת לחצים בתוך העורקים בזמן הפרוצדורה

לאור הסיבות שמניתי, אבקש מחברי הוועדה לראות בחברת אמי טכנולוגיות כספק יחיד של  
מערכת ההזרקה מתוצרת חברת ASSIST.

בברכה,  
סלים בדר  
רנטגנאי ראשי-המרכז הרפואי "שיבא"

