

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מחשוב
תאריך:	01.04.24

קֶרֶן מַחְקָרִים _____ מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: **חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
תכנת סימון איברים-מדובר בתוכנה אשר מאפשרת סימון איברים בצורה אוטומטית בצורה משביעת רצון(AI) בתוכנת העבודה במכון רדיותרפיה-ARIA.
תכנת EZfluence- מדובר בתוכנת AI אשר עוזרת לפיזיקאי המתכנן בבניית תכניות קרינה. מאפשרת להגיע לתכניות קרינה פשוטות תוך

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	VARAY
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	515862670
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ / ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 744400
תקופת ההתקשרות	שנתיים

Z/..

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולד פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

תכנת סימון איברים-קיימות בשוק תוכנות דומות אך ישנם טיעוני ספק יחיד למערכת של Radformation שברצוננו לרכוש.
<ul style="list-style-type: none"> • אינטגרציה מלאה עם תכנת תכנון הטיפול במכון Aria(Eclipse) המאפשרת עבודה ללא העברה של קבצי Dicom ונעשית כמקשה אחת בעבודה דרך Script. • אינטגרציה עם תכנת ClearCheck של החברה המותקנת אצלנו המאפשרת אנליזה של התפלגות מנות הקרינה לאיברים בגוף. • חוסכת לרופא זמן רב בסימון איברים הסמוכים לשדה הקרינה ואשר אנו רוצים לדעת את מידת החשיפה שלהם לשדה הקרינה הניתן. לשם כך הרופא מקדיש זמן רב של שעות על מנת לסמן ידנית את איברים אלו על חתכי סיטי לפני בתכנון הקרינתי. שימוש בתוכנה זו המבצעת את הסימון האוטומטי תוך דקות מאפשרת חסכון זמן משמעותי בזמן הכולל של בניית תכנית הקרינה.
מאפיינים אלו מתחייבים מבחינתי בעת שימוש בתוכנה ולכן ספק יחיד.
תכנת EZfluence-
מדובר בתוכנה ייחודית אשר השתמשנו בה במשך 3 שנים עד ליוני 2023. אינטגרציה מלאה עם תכנת תכנון הטיפול במכון Aria(Eclipse) המאפשרת עבודה דרך Script ייעודי באקליפס.
שמירה על הומוגניות מנות הקרינה בשדה הטיפול.
מקצרת באופן משמעותי את זמן התכנון הכולל בחלק גדול מתכניות הקרינה המתבצעות ביחידת הפיזיקה.
מדובר בתוכנה ייחודית אשר אין לה מתחרים בשוק בכל הקשור לעבודה עם תוכנת ARIA אשר קיימת במכון.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

Maoz Ben Ayun PhD Chief Physicist Dep. Radiation Oncology Sheba Medical Center	פיזיקאי ראשי וסגן מנהל מכון רדיותרפיה	ד"ר מעוז בן אינן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית