

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	27.05.24

קרון מחקרים _____ **X** מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1190116930	AutoMer II Standard Fiow Set
4	1190116922	AutoMer II High Flow Set
3	1095094017	AUTOMER II
2	1095094009	AUTOPC II STANDARD TAYPE E2PD00001-DOUBLE TYPE
1	1095077921	AUTOPC II STANDARD TAYPE E2PC00001-SINGLE TYPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדליף
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514605658

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

16 במאי 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0124
תיק: 8-1111

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: פרויקט בינוי מגדל קרדיווסקולרי/שבץ מוחי – חו"ד לרכישת מערכת מתן עירוי בלחץ הכוללת יחידת חימום נוזלים

נדרשת רכישה של המכשור הנדון בהתאם לפירוט:

- מכשיר מתן עירוי בלחץ ערוץ בודד – כמות 2 יח'
- מכשיר מתן עירוי בלחץ ערוץ כפול – כמות 2 יח'
- יחידת חימום נוזלים/דם – כמות 1 יח'

להלן מאפייני המכשור הדרושים:

- מתן עירוי נוזלים ושטיפה בלחץ של 0-400mmHg.
- יכולת קבלת שקיות בנפח 250ml-1,000ml
- יחידת חימום נוזלים – ויסות טמפ' בתחום $37-41^{\circ}\text{C}$.
- מכשור בעל הפעלה חשמלית מלאה ללא שימוש בקומפרסור אוויר ואו חיבור לנקודת אספקה בקיר.
- אפשרות הפעלת מכשור עירוי בלחץ באמצעות סוללה נטענת.
- וויסות אלקטרוני של פרמטרים ותצוגה דיגיטלית מלאה כולל התראות.
- משך זמן מקסימלי להגעה לפרמטר הלחץ – 30 שניות.
- יכולת התקנת המכשור ע"ג עמודי IV.

התקבלה הצעת מחיר מחברת "מדלייף" למכשור מתוצרת היצרן ACE MEDICAL הכוללת את הפריטים הבאים:

- מכשיר עירוי לחץ דגם ערוץ בודד – AutoPC II SINGLE TYPE
- מכשיר עירוי לחץ דגם ערוץ כפול – AutoPC II DOUBLE TYPE
- מכשיר חימום נוזלים – AutoMer II

המכשור הנ"ל נבדק ע"י הגורם הקליני במהלך ביצוע צנתורי מוח ונמצא היחיד המתאים לשימוש. להבהיר כי לא נמצאו חלופות המשלבות את כל המאפיינים המצוינים לעיל, בדגש על הפעלה חשמלית מלאה, וויסות אלקטרוני של פרמטרים והצגתם באופן דיגיטלי. (דרישות סף ד', ה', ו').

לאור הנ"ל יש לראות ביצרן ACE MEDICAL באמצעות נציגו המקומי, ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
מיקל בוסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' דוד אוריין
גב' חן רוקח

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

טופס בקשה לרכש מכשור רפואי מספק יחיד

המשתמש: דוד אוריון

מחלקה: שבץ ומחלות נוירוסקולריות

דגם המכשור המבוקש: ACAutoPC2 , ACAutoPC1 , ACE2MZ00001 יצרן: MEDLIFE ספק בארץ:

תיאור המערכת (למה משמשת): מכשיר יצירת לחץ המשמש בצינתורי מוח יצירת לחץ מתמיד לשטיפת הקטטרים בזמן הצינתור.

פירוט חלופות שנבחנו (אם קיימות):

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

אנו מבקשים להכיר ביצרן/סוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הציוד לעיל מהנימוקים הבאים:

ספק יחיד העונה על כל הצרכים (יש לפרט על אילו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל ספקים אחרים).

מערכת מבוססת טכנולוגיה ייחודית ו/או תכונות/יכולות ייחודיות שאין להן מענה אל ספקים אחרים (יש לפרט תוך התייחסות לצרכי השימוש הספציפיים).


אחידות מערכת (פרט האמצעים הקיימים ומדוע חשובה האחידות).

אחידות שיטת עבודה (פרט השיטה ומדוע חשובה האחידות).

אחר (פרט)

פירוט הנימוקים המקצועיים:

אין חלופה אחת למכשיר לחץ מסוג כזה שלא דורש התחברות ללחץ אויר . מאחר וחדר האנגיו המתוכנן לא יאפשר מעבר של צינורות לחץ אויר שיגיעו למיטת האנגיו זהו המיכשור היחיד שיתן מענה עבור ביצוע הצינתורים תוך התחברות למתח חשמל בלבד ללא לחץ אויר



חתימה

13.5.2024

תאריך