

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	27.05.24

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095061974	MONITOR FETAL AVALON FM20
2	1040021487	AVALON FM20/30-FLUSH WALL MOUNT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$37,452 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 במאי 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0126
תיק: 5-1120, 4000A

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: אגף גניקולוגי/היח' להריון בסיכון גבוה – חו"ד לרכישת מוניטור למיילדות ולניטור עוברי (FETAL MONITOR) מתוצרת PHILIPS.

נדרשת רכישה של מוניטור לניטור עוברי דגם FM20 בכמות 4 יח'.

כל המוניטורים באגף הגניקולוגי מבוססים על סידרת AVALON מתוצרת חברת PHILIPS.

דגם FM20 מאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים כאשר אופציונלית ניתן לנטר לחץ לא חודרני (NIBP) של היולדת (האם).

התקבלה הצעת מחיר מחברת "מדטכניקה" אותה יש לממש לכמות הנדרשת.

מאחר ובאגף הגניקולוגי מצויים מוניטורים מתוצרת PHILIPS, קיים צורך להמשיך ולרכוש המוניטורים מתוצרת יצרן זה, הן מטעמי אחידות התפעול והשימוש באביזרים מתכלים והן מאחר ולא נמצא מכשיר העונה ברמת האיכות הנדרש.

לנוכח אופי השימוש בסוג המכשור הנ"ל, מחויב שיהיה Heavy Duty. המכשור מתוצרת PHILIPS הוכח כעמיד, אמין ואיכותי וזאת לאור ניסיון שימוש אינטנסיבי לאורך שנים.

לאחרונה בוצעה בדיקה של דר' אורית מורן בסוגיית המוניטורים והובהר חד משמעית כי הדגם המומלץ FM20/30 מסדרת AVALON, הינו היחיד העונה לנדרש.

לפיכך, ניתן לראות ביצרן PHILIPS ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

סעיף תקציבי - סעיף תקציבי 45209 בהתאם לסימוכין.

בברכה,
מיטל גיסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' אבי צור
מר דוד בכר