

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|----------|
| משרד: | הבריאות |
| יחידה מזמינה: | |
| תאריך: | 15.04.24 |

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|---|
| 13 | 1190114992 | BRONCHOSCOPE SINGLE-USE 2.8 GS BFLEX 3.8 |
| 12 | 1190114984 | BRONCHOSCOPE SINGLE-USE 3.8 GS BFLEX 3.8 |
| 11 | 1190114976 | להב ח"פ למערכת וידאו לרינגוסקופ MILLER דגם S1 |
| 10 | 1190114968 | להב ח"פ למערכת וידאו לרינגוסקופ MILLER דגם S0 |
| 6 | 1190114950 | להב ח"פ למערכת וידאו לרינגוסקופ SUDVM דגם S4 |
| 5 | 1190114943 | להב ח"פ למערכת וידאו לרינגוסקופ SUDVM דגם S3 |
| 9 | 1190114935 | להב ח"ד למערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות דגם S2.5 |
| 3 | 1098931025 | להב חד פעמי למערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות דגם S3 |
| 4 | 1098924848 | להב חד פעמי דגם S4 למערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות |
| 8 | 1098119381 | להב חד פעמי למערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות דגם S2 |
| 7 | 1098119373 | להב חד פעמי למערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות דגם S1 |
| 2 | 1095093761 | GS CORE 15 SU PREM WS + BFLEX |
| 1 | 1095093753 | GLIDESCOPE GO MONITOR KIT |
| | | |

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

| |
|---------------------------------|
| |
| עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| שם הספק: | תרופארם |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 511078610 |
| מספר ספק בשיבא | 2290 |
| ספק זה הינו: | _____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | \$25,000 + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

| |
|--------------------------------|
| עפ"י חו"ד מצ"ב ממטל ביסטרי-פסח |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

| | | |
|-------|---------------------------|------------------------|
| | מהנדסת ביו-רפואית | מיטל ביסטרי-פסח |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

31 במרץ 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0081
תיק: 6-1130, 2003

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מלר"ד ילדים – חו"ד לרכישת מערכות וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות.

נדרש לרכוש המכשור שבנדון המותאם למצבי חירום ולביצוע אינטובציות קשות באוכלוסיית המטופלים במחלקת מיון ילדים.

במחלקה המכשור מהסוג הני"ל מבוסס על מערכות מסדרת Glidescope תוצרת חברת VERATHON, אשר אליהן מתחברות יחידות קצה ייעודיות, ברונכוסקופים חד-פעמיים ולהבים רב-פעמיים וחד-פעמיים.

המכשור הדרוש למחלקה הינו כדלקמן:

- מערכת מדגם Glidescope Go המסופקת בתיק נשיאה, כוללת מוניטור בגודל 3.5 אינץ', סוללה נטענת אינטגרלית וכבל חיבור להבים חד-פעמיים.

- מערכת מדגם GS Core 15 הכוללת מוניטור בגודל 15 אינץ' ניידת ע"ג עגלה. המערכת תספק עם ברונכוסקופ Bflex חד-פעמי בכמות 1 יח'.

- להבים וברונכוסקופים מתכלים ייעודיים לשימוש עם המערכות הני"ל.

למען שמירה על אחידות מערכות במחלקה, כולל מהיבט התפעול, יכולת העברת יחידות קצה רב-פעמיות בין המכשירים והשימוש השוטף ביחידות קצה מתכלות, יש לראות ביצרן VERATHON ספק יחיד לרכישה על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעות המחיר שניתנו ע"י חברת "תרו-פארס", נציגת היצרן בארץ.

ב ב ר כ ה ,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: דר' אורן פלדמן