

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	08/05/24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078952	Z.ONE PRO ULTRASOUND SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מרפאל גירסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051
מספר ספק בשיבא	1223
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$28,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 במאי 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0112
תיק: 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ט.נ. ניתוחי לב – חוו"ד לרכישת מכשיר אולטראסאונד תוצרת חברת ZONARE

המכשיר שבנדון דגם Z-ONE PRO, מסי סדי ME0104984) 40537C520D תקול ואין כדאיות כלכלית לתיקון. מאחר ועלות התיקון כפולה מעלות מכשיר חדש בטרייד אין המכשיר הושבת.

הערה: מתמר המכשיר תקין וניתן עדיין לשימוש לכן יועבר מהמכשיר הישן לחלופי.

נדרשת רכישת מכשיר חלופי.

רצי"ב הצעת חברת ארדון לרכישת מכשיר חדש מדגם זהה בעסקת טרייד אין, אותה יש לממש (סעיף 4 בהצעה בלבד), וזאת על מנת לאפשר שימוש במתמר התקין עם המכשיר החדש. לא ניתן להשתמש במתמר הקיים עם מכשיר אולטראסאונד מייצרן אחר.

לציין כי הדגם Z-ONE PRO מוכר בבית החולים ונמצא בשימוש גם ביח' לט.נ. כללי ובחדרי הניתוח ועובד לשביעות רצון הצוותים הרפואיים. בעקרון הדגם המומלץ מאפשר גיבוי בין המחלקות כולל שימוש במתמרים קיימים.

לאור האמור לעיל ניתן לראות ביצרן ובנציגותו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

הדגם קיים בבית החולים ומאושר לשימוש ע"י מערכות מידע.

בברכה,
ג'רסי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' לאוניד סטרניק
ד"ר אלכסנדר קוגן
מר יעקבלב מיכאל
גב' צדוק חופית