

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	קוצבים / EP - לב
תאריך:	27.06.2024

קרן מחקרים _____

____X____ מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

AVEIR LEADLESS PACEMAKER (RIGHT ATRIAL)
מקט שיבא - 1011956505

האם קיים הנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

____ ביצוע עבודה

____ שירותים

____X____ טובין

שם הספק:	גאמידה בע"מ 1768
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1768 511383374
ספק זה הינו:	ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,500,000 ₪
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

AVEIR LEADLESS PACEMAKER (RIGHT ATRIAL) פריט ייחודי מיועד לעלייה
ימנית לפעולות קוצבי הלב.
מוצר של חברת ABBOTT מיוצגים על ידי חברת גאמידה בבלעדיות
מדובר בקוצב ללא אלקטרודות (אלחוטי) המיועד לקיצוב וחישה בעליה ימין עבור מטופלים בעלי אבחנה של SSS.
יחודיות הקוצב היא באפשרות לבצע מיפוי של המיקום האידיאלי לפני קיבוע הקוצב והיכולת למקם מחדש ברגע שיש מדדים לא תקינים. מכשיר זה ניתן לשליפה בזמן החלפות
לאחר בדיקה, אין מוצר אחר שנותן פתרון לפעולה הנ"ל ולכן נבקש לראות בחברת גאמידה כספק יחיד.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	

פרופ' ד"ר רועי בינרט
מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא