

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הבריאות  |
| יחידה מזמינה: |          |
| תאריך:        | 25/07/24 |

\_\_\_\_\_ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט  |
|-----|------------|---|
| 1   | 1095094538 | מכשיר גלי הלם SHOCK MASTER 300 MA-X 342.300 338.830 |
|     |            |   |

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
|--|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה                                    |
|  |
|  |
|  |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ X טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| שם הספק:                 | חגי מכשור רפואי                |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 513258483                      |
| מספר ספק בשיבא           | 1556                           |
| ספק זה הינו:             | _____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | 96,000 שח' + מע"מ              |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                      |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

21 ביולי 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0187  
תיק: 6512

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: ביה"ח השיקומי/פיזיותרפיה – חו"ד לרכישת מכשיר גלי הלם.

נדרשת רכישה של מכשיר גלי הלם בכמות 1 יח.

המכשיר הני"ל מיועד לטיפול בדלקות רקמה רכה (שרירים, גידים, רצועות), גלי ההלם מספקים גירוי ממוקד באזור הדלקת ומסייעים להאצת תהליכי ריפוי ע"י זרימת דם מוגברת והובלת חמצן לאזור בצורה תדירה.

נבחנו הצעות מחיר כדלקמן:

א. הצעה לדגם Shock Master 300 תוצרת חברת Gymna-Uniphy – משווק ע"י חברת "חגי מכשור רפואי".

ב. הצעה לדגם Intellect Rpw Lite תוצרת חברת Chattanooga – משווק ע"י חברת "דין דיאגנוסטיקה".

מעבר להצעות הני"ל לא נמצאו חלופות נוספות לסוג המכשור הדרוש.  
הובהר ע"י הצוות המטפל כי הדגם העונה בצורה מיטבית לנדרש הינו Shock Master 300 היות ומספק גלים בעוצמה של 4 bar אשר הינה קריטית למידת יעילות הטיפול. לציין כי הדגם המתחרה מספק עוצמה של 2.7 bar בלבד.

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן Gymna-Uniphy באמצעות נציגותו המקומית חברת "חגי מכשור רפואי", ספק יחיד לרכישה זו ולממשה באמצעות ההצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,  
אליה רזאלוב סמייח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: מר חנניה שרון  
גב' עינב גוטרמן