

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	29/07/24

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1098123052	PROTECTION CAP FOR C-MAC
2	1095094660	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE PED. CMOS TECHNOLOGY
4	1095092383	MILLER C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE #1
3	1095092375	MILLER C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE #0
1	1095091484	C-MAC MONITOR FOR CMOS
5	1095090023	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE FOR ADULTS CMOS TECHNOLOGY

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

29 ביולי 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0194
תיק: 1130-6

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח לב ילדים + מט"מ –

חוו"ד לרכישת מע' וידאו-לרינגוסקופ דגם C-MAC תוצרת STORZ.

1. נדרשת רכישה של המע' שבנדון בכמות של 3 יח' בהתאם לחלוקה הבאה:
 - חדר ניתוח לב ילדים – 1 יח'
 - מט"מ – 2 יח'
2. מדובר במערכת המותאמת למצבי חירום ולאינטובציות קשות, הכוללת המרכיבים הבאים:
 - א. מערכת ע"ג מעמד נייד הכולל זרוע לתליית מוניטור.
 - ב. מוניטור HD בגודל 8 אינץ' לפחות, הכולל מצלמה עם שתי יציאות לצפייה בזמן אמת ותיעוד תמונות וקבצי וידאו.
 - ג. כבל חיבור + הלהבים הבאים:
 - להב רב-פעמי מסוג D-BLAD למבוגרים
 - להב רב-פעמי מסוג מילר מידה 0
 - להב רב-פעמי מסוג מילר מידה 1
 - להב רב-פעמי מסוג D-BLAD למבוגרים.
 - ד. מכסים לסטריליזציה עבור הלהבים – 4 יח'
3. התקבלה הצעת חברת "ברסלויער" לרכישת המערכת הדרושה מדגם C-MAC תוצרת STORZ, אותה יש לממש.
4. המכשור הני"ל מתוצרת STORZ מצוי בשימוש מערך ההרדמה, חדר ניתוח ויחידות הטיפול הנמרץ (ט.נ. נשימתי וט.נ. ילדים), ונמצא בעל התאמה אופטימלית לצרכים הקליניים. שביעות הרצון של הצוותים הרפואיים מדגם זה הינה טובה מאוד.
5. לנוכח הני"ל ולמען שמירה על אחידות המכשור במערך מהיבט התפעול ויכולות הגיבוי, כולל השימוש בלהבים רב-פעמיים ומתכלים, מומלץ לראות ביצרן STORZ באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
מנטל ביסטר-פסח
מח' רפואת
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גבי לירון דניאלי