

ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד	_____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 30,118 + מע"מ	
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מאת מיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	ורד
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

7 באוגוסט 2024
מספרנו : הני"ר/0197-2024
תיק : 1125-2

לכבוד
גבי ורד קצירג'נסקי
מח' הרכש

הנדון : **בינוי מכון הלב/צנתורים התאוששות –**
חוו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד קרדיאלי תוצרת WISONIC.

נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יח' הכולל מסך 19", עגלה קומפקטית נוחה לנייד במעברים צרים ושני סוגי מתמרים – Phased-Array ו-Linear עם לחצן ייחודי לשליטה בעומק התמונה מהמתמר בלבד.

התקבלה הצעת חברת "נבו גזית" לרכישת הדגם NAVI S מתוצרת חברת WISONIC.

במחלקת צנתורים קיימים שני מכשירים מהדגם הנ"ל. הובהר ע"י הצוות הקליני כי דגם זה הינו המתאים ביותר לבדיקות והפעולות בתחומי אקו לב ודימוות וסקולרית המבוצעות במחלקה.

הדגם מאושר לחיבור לרשת שיבא ע"י היח' לאבטחת מידע ומתמשק כיום למערכת PACS.

בהתאם לנימוקי הצוות ומטעמי שמירה על אחידות הצידוד במחלקה כולל אופן התפעול, השימוש במתמרים הייעודיים ויכולת העברתם בין המכשירים השונים, מומלץ להמשיך ולרכוש דגם זה ולראות ביצרן WISONIC באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
מיטל ביסטרי פזיח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : פרופ' ישראל ברבש
מר האני חאגי-יחיא
מר דניאל סימנטוב
גבי חן רוקח

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

טופס בקשה לרכש מכשור רפואי מספק יחיד

המשתמש: _____

מחלקה: יחידה לקרדיולוגיה התערבותית

דגם המכשור המבוקש: NAVI יצרן: WISONIC סוכן בארץ: נבו גזית.

תיאור המערכת: אולטראסאונד וסקולרי וקרדיאלי

פירוט חלופות שנבחנו (אם קיימות):

דגם: _____ יצרן: _____ סוכן: _____

דגם: _____ יצרן: _____ סוכן: _____

אנו מבקשים להכיר ביצרן/סוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הציוד לעיל מהנימוקים הבאים:

[X] ספק יחיד העונה על כל הצרכים (יש לפרט על אילו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל ספקים אחרים).

[] מערכת מבוססת טכנולוגיה ייחודית ו/או תכונות/יכולות ייחודיות שאין להן מענה אל ספקים אחרים (יש לפרט תוך התייחסות לצרכי השימוש הספציפיים).

[X] אחידות מערכת (פרט האמצעים הקיימים ומדוע חשובה האחידות).

[X] אחידות שיטת עבודה (פרט השיטה ומדוע חשובה האחידות).

[] אחר (פרט)

פירוט הנימוקים המקצועיים:

- מדובר במכשיר אולטראסאונד שנמצא בשימוש ביחידה שלנו כבר מספר שנים. מכשיר האולטראסאונד משמש למספר מטרות – השגת גישה וסקולרית, בצוע אקו לב דחוף בעת פעולות קרדיאליות. נבחנו מספר חלופות שנפסלו בשל יתרונות מובנים וברורים של המערכת הזו:
- מערכת זו (2 מכשירים) הינה בשימוש כבר מספר שנים אצלנו ביחידה וכל הצוות יודע לתפעל אותה ברמה גבוהה, למרכיב זה חשיבות קריטית כי ברוב המקרים השימוש במכשיר נדרש בעת חרום וכל שניה קובעת.
- זמן הפעלה ממצב כבוי למצב עובד מלא הינו שניות בודדות בשונה מכל המערכות האחרות. כאמור – זהו מרכיב קריטי בשימוש שלנו
- רזולוציית התמונה המושגת הן במתמר הוקולרי והן במתמר הקרדיאלי טובה מאד בהשוואה לחלק מהמערכות האחרות
- המתמר הוסקולרי מגיע עם כפתורי ליטה על עומק התמונה – זהו יתרון מובנה על פני המערכות האחרות
- גודל המכשיר עצמו הינו קטן בהשוואה לאחרים – זהו מרכיב חשוב בתפעול בחדר צנתורים, במיוחד במצבי חרום

פרופ' איסי ברבש, מ.ר. 34621
מנהל היח' לקרדיולוגיה התערבותית
מרכז הלב ע"ש לבייג
מרכז רפואי ע"ש שיבא

חתימה

23/7/24

תאריך