

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	13/08/24

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095053864	HEATER COOLER 3T

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ $\sqrt{\quad}$ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$145,560 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

13 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר 0208-2024
תיק: 1111-9

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: הצטיידות מרכז הלב 2024/ניתוחי לב –

חו"ד לרכישת מכשיר מחמם/מקרר למכונת לב ריאה STOCKERT.

1. אושרה רכישה של המכשיר הנדון בכמות 2 יח.
2. המכשיר משמש לוויסות טמפי המטופל במהלך פרוצדורות ניתוחיות, קרדיאליות ו-וסקולריות, תוך שימוש במכונת לב-ריאה.
3. המכשור הקיים בפועל בחדרי הניתוח הינו מדגם 3T HEATER-COOLER תוצרת חברת SORIN STOCKERT הפועלים בשילוב עם מכונות לב-ריאה מתוצרת אותו היצרן.
4. עבור המכשור נרכשות ע"י המרכז הרפואי צנרות מתכלות ייעודיות באופן סדיר.
5. מהיבט בטיחות חולה נדרש לשמור על האחידות במכשור תומך חיים זה באגף חדר ניתוח, בין היתר למניעת טעויות בכל הקשור בתפעול הציוד, ההתאמה והשימוש בסטים מתכלים.
6. לנוכח הני"ל, מומלץ לראות ביצרן STOCKERT באמצעות נציגתו המקומית חברת "בפקס" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

ברכה,
מיטק ביסטרי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' דינה אורקין
גב' לירון דניאלי
מר יוגב קציר