



שרות בתי הסוהר

תאריך 17/09/2024

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 14/2024-אספקת מערכות רנטגן תקרתיות מסוד DR לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים, במכוני הדימות של שב"ס

הודעת תיקון מס' 04

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלות ותשובות
1.	5	4	מבוקש להבהיר האם נדרש לצרף אישור על השתתפות בסיוור ספקים, ואם כן, מבוקש לקבל אישור כאמור. לא נדרש.
2.	4	3.3	מבוקש להבהיר כי הצהרת היצרן כי המציע הינו משווק מורשה, בשפה האנגלית, לא תחייב צירוף תרגום מאומת על ידי נוטריון. ללא שינוי.
3.	5	3.4	מבוקש: 1. להבהיר מה הכוונה ל"מכשירי רנטגן נשוא המכרז" – האם מדובר במכשירי רנטגן מסוג DR או הדגם הספציפי אותו החברה מבקשת להציע במסגרת מכרז זה. אם מדובר בדגם הספציפי אותו החברה מבקשת להציע במסגרת המכרז, מבוקש, כי התנאי יחול רק על השנים 2022-2023 ו-2024 או לחלופין, ישונה כך שיבוקש שבשנת 2021 יוכיח הספק אספקה של מכשיר רנטגן אחד בלבד. מדובר במכשירי רנטגן מסוג DR, ולא בהכרח הדגם המוצע
4.	5	3.5	מבוקש להבהיר האם במקרה בו המציע הוא משווק מורשה בארץ נדרש תצהיר של יצרן המערכת או תצהיר של מנכ"ל המשווק המורשה בארץ. נדרש אישור יצרן המערכת בהתאם לסעיף 3.5.
5.	5	3.5	מבוקש להבהיר כי הצהרת היצרן כי המציע הינו משווק מורשה, בשפה האנגלית, לא תחייב צירוף תרגום מאומת על ידי נוטריון. ללא שינוי
6.	11	18.6	מבוקש: 1. להחליף את המילים "בכל עת ללא הגבלה בסכום בגין כל דרישה....שיגרמו למזמין" למילים "בסכומים שהושתו על המזמין בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו"; 2. להוסיף את המילים "עד סכום בגובה מקובל וסביר" אחרי המילים "כל ההוצאות המשפטיות"; 3. להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהמזמין הודיע לזוכה בהזדמנות הראשונה על הגשת תביעה כאמור, ואפשר לזוכה להצטרף להליך ולהתגונן



שרות בתי הסוהר

מפני התביעה ושיתף פעולה בהתגוננות מפניה".				
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. להבהיר כי על המציע תחול אחריות המוטלת עליו על פי דין בלבד; להבהיר כי האחריות לא תכלול נזק, אובדן, פגיעה, פגיעה, נכות, מוות שיגרמו כתוצאה משימוש של המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן, או כתוצאה מהתערבות גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או כתוצאה משימוש/תיקון ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן או כתוצאה מרשלנות או זדון של המזמין, עובדיו, הנתונים במשמורתו או מי מטעם המזמין.	שאלה	20.5	13	.7
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. למחוק את המילה "לבדו"; 2. להבהיר כי המציע הזוכה יוכל לשאת באובדן/נזק גם על ידי הפעלת הביטוח שערך; להבהיר כי המציע לא יהיה אחראי בכל מקרה של שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן.	שאלה	20.6	13	.8
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. למחוק את המילים "ו/או יפצה"; 2. להבהיר שהמציע הזוכה לא מתחייב לשפות את המזמין בכל דרישה או תביעה בקשר לנזק שנגרם משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן, או שנגרם בזדון על ידי המזמין ו/או עובדיו, שלוחיו, הנתונים במשמורתו או מי מטעמו; 3. להבהיר כי המציע הזוכה ישפה את המזמין על סכומים שהושתו עליו בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו. 4. להוסיף בתום הסעיף "ובלבד שהמזמין הודיע לזוכה בהזדמנות הראשונה על הגשת תביעה כאמור, ואפשר לזוכה להצטרף להליך ולהתגונן מפני התביעה ושיתף פעולה בהתגוננות מפניה".	שאלה	20.7	13	.9
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי המציע הזוכה לא יתחייב לתקן על חשבונו, ולא ישא בעלות תיקון של כל נזק שנגרם משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן, או שנגרם בזדון על ידי המזמין ו/או עובדיו, שלוחיו, הנתונים	שאלה	20.8, 20.9	13	.10



שרות בתי הסוהר

במשמרתו או מי מטעמו. מקרים כאלו יידונו עם המזמין באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצועו.				
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. להבהיר כי המזמין יתריע בפני המציע הזוכה בכתב על כוונתו לבצע את התיקון בעצמו או באמצעות אחר ותנתן לו הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון; 2. מבוקש להבהיר כי הוצאות התיקון שבוצע לא יעלו מעל 15% מעלות התיקון על ידי הספק; מבוקש להבהיר כי טרם קיזוז או חילוט הערבות תינתן לספק הודעה בכתב מראש ויתאפשר לו לשלם את הסכומים הנדרשים.	שאלה	20.11	13	.11
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. למחוק את המילים "לאלתר, עם דרישתו הראשונה של המזמין" למילים "תוך זמן סביר מדרישתו הראשונה של המזמין"; 2. להבהיר כי המציע הזוכה ישפה את המזמין בגין סכומים שהושתו על המזמין בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצעו; 3. להוסיף את המילים "עד סכום בגובה מקובל וסביר" אחרי המילים "לרובת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד"; להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהמזמין הודיע למציע הזוכה בהזדמנות הראשונה על הגשת תביעה כאמור, ואפשר לזוכה להצטרף להליך ולהתגונן מפני התביעה ושיתף פעולה בהתגוננות מפניה".	שאלה	20.12	13	.12
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר שתנתן לספק הודעה מראש בטרם יקוז את הסכומים.	שאלה	20.13	13	.13
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. להבהיר כי המזמין יתריע בפני המציע הזוכה בכתב על כוונתו לבצע את התיקון בעצמו או באמצעות אחר ותנתן לו הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון; 2. מבוקש להבהיר כי הוצאות התיקון שבוצע לא יעלו מעל 15% מעלות התיקון על ידי הספק; 3. מבוקש להבהיר כי טרם קיזוז או חילוט הערבות תינתן לספק הודעה בכתב ויתאפשר לו לשלם את הסכומים הנדרשים.	שאלה	20.14	14	.14
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. למחוק את המילים "בתוך 7 ימים" ולהחליפם במילים "בתוך זמן סביר"; 2. להבהיר כי תנתן למציע הזוכה התראה מראש בכתב.	שאלה	20.16	14	.15
ללא שינוי	תשובה			



שרות בתי הסוהר

מבוקש למחוק את המילים "(או יופחת, אם חלה ירידה בממד הרלוונטי)".	שאלה	23.11	15	16.
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש למחוק סעיף זה.	שאלה	23.12	15	17.
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש למחוק סעיף זה. הצעת המחיר מחייבת את שני הצדדים ולא רק צד אחד.	שאלה	23.14.7	15	18.
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי המציע הזוכה יספק את הטובין והשירותים גם בעתות שעת חירום בהתאם להוראות הדין והמשלה באותה העת.	שאלה	27	16	19
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי המציע הזוכה לא יתחייב לתקן על חשבונו ולא ישא בעלות של תיקון כל נזק או פגם שנגרם משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן, או שנגרם בזדון על ידי המזמין ואו עובדיו, שלוחיו, הנתונים במשמרתו או מי מטעמו. מקרים כאלו יידונו עם המזמין באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצועו.	שאלה	10.4, 10.6	21	20
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש דלתקן סעיף זה כך שפרק הזמן שינתן לספק לאספקת המכונה הניידת יעמוד על שלושה חודשים.	שאלה	11.2.1	21	21
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר שלא מדובר בדרישת סף וניתן להציע מוצר הכולל ניהול דמוגרפיה של מצולמים עם שמות באנגלית.	שאלה			
מדובר בדרישת סף. המכשיר מקבל נתונים דמוגרפיים ממערכות שב"ס המנוהלות בעברית. ניתן שהמכשיר יאייט את השמות גם באנגלית, אך שם המצולם חייב להיות בשפה עברית	תשובה	2.1	23	22
מבוקש לדייק מה התכונה הנדרשת, מתח עבודה מצוין בוולט ולא בקילו בייט.	שאלה			
1.10 מתח עבודה של השפופרת מינימום 45 /kV/	תשובה	3.10, 3.11	25	23
1.11 מתח עבודה של השפופרת מקסימום 120 /kV/				
מבוקש להבהיר מה מתבקש על פי המכרז, בסעיף 9 למפרט מתבקש גלאי נייד אלחוטי אחד ואילו בסעיף 9.1 מבוקשים שני גלאים.	שאלה			
א. נדרשים 3 גלאים: 2 גלאים קבועים (אחד לשולחן ואחד לוורטיגרף) וגלאי אחד נייד ב. גלאי נייד חייב להיות אלחוטי גלאים קבועים צריכים להיות: - או אלחוטיים - או חוטיים, במקרה זה הכבלים של הגלאים הנ"ל צריכים להיות נסתרים בתעלה תת ריצפתית משותפת עם שאר הכבלים או בתעלה תת רצפתית נפרדת.	תשובה	9.1	28	24
מבוקש לקבל קובץ בפורמט DWG לשני האתרים המיועדים להתקנה, או לחילופין קובץ as maid עם כל המידות של החדר.	שאלה	כל הנספח	37	25
מצורף כקובץ PDF	תשובה			
מבוקש למחוק את הסעיף. לחלופין מבוקש: 1. להפחית מסכומי הפיצוי המוסכם שכן מדובר בסכומים גבוהים ולא פרופורציונלים ביחס	שאלה	2	42	26



שרות בתי הסוהר

להפרות המפורטות וביחס לעלות הפרויקט נשוא המכרז ;				
2. להוסיף את המילים "ולאחר שנתנה הזדמנות לזוכה לטעון את טענותיו, ולבצע את הנדרש" לאחר המילים "בהתאם להחלטתה" ; להבהיר כי איחור שנובע מסיבות שאינן בשליטת הזוכה, כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב, ולרבות בשל עיכוב בקבלת אישור כניסה למתקני שב"ס כנדרש בתנאי ביטחון והצהרת ספק, לא יזכה את המזמין בפיצוי כאמור בסעיף זה.				
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש : 1. להבהיר כי טרם ישתמש המזמין בזכותו לביצוע בידי ספק אחר, תנתן לספק הודעה בכתב ומראש ותנתן לו הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון ; 2. להבהיר כי המזמין יבצע את העבודה על ידי ספק אחר שעלויותיה דומה לעלות הספק ובכל מקרה שלא תעלה על 15% מעלות הספק ; 3. להוסיף בסוף הסעיף את המילים "לאחר שנתן לזוכה הודעה מראש בכתב על כוונתו לבטל את ההסכם לפחות 30 ימים מראש ובתנאי שלא תיקן הזוכה את הדרוש תיקון בתקופה זו" ; להבהיר שבכל מקרה לא ינתן כפל פיצוי בגין אותה הפרה.	שאלה	3	42	27
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר שטרם ביצוע קיזוז או חילוט של הערבות תנתן הודעה מראש לזוכה ותנתן לו האפשרות לשלם את הסכומים המגיעים למזמין.	שאלה	4	42	28
לא שינוי	תשובה			
מבוקש לשנות ולהבהיר כי אם המזמין לא התריע על האיחור ועל זכותו לקבלת פיצוי בסמוך לאיחור/הפרה לא יוכל המזמין לבקש לגבות את הסכומים בהמשך הדרך. יצוין כי "שמירת טענות" לגבי פיצויים מוסכמים לאורך הסכם שתקופתו היא 10 שנים ואף למעלה מכך תחשב לביצוע ההסכם ומימוש זכויות מכוח הסכם שלא בתום לב.	שאלה	5	42	29
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש : 1. למחוק את הרישא – לא יהיה ניתן לקבוע שמספר הפרות מהוות הפרה יסודית של ההסכם. לחלופין, מבוקש כי טרם קביעה שמספר הפרות מהוות הפרה יסודית, תנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את טענותיו ולתקן את הדרוש תיקון ; 2. להבהיר כי לא יתבצע חילוט של ערבות הביצוע טרם מתן הודעה מראש לזוכה על הכוונה לחלט את ערבות הביצוע, מתן הזדמנות לזוכה להשמיע את טענותיו לגבי החילוט ומתן הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון ; להבהיר כי לא יבוצע חילוט של העבות כולה כפיצוי מוסכם, אלא כל הפרה תידון לגופה ויוחלט,	שאלה	9	43	30



שרות בתי הסוהר

בהחלטה מנומקת, מה הנזק המוכח שנגרם מההפרה והוא בלבד יחולט מסכום הערבות.				
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש: 1. להבהיר כי שב"ס לא תבטל את ההסכם לפני מתן הזדמנות לספק להשמיע את טענותיו; 2. להבהיר כי תנתן הודעה מראש ובכתב של לפחות 30 ימים לפני ביטול ההסכם; להבהיר כי החלטה על ביטול הסכם תהיה מנומקת.	שאלה	1	44	.31
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "האמור לא יחול על מידע שהיה בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".	שאלה	4.1.1	45	.32
למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שיש למסור עפ"י דין.	תשובה			
מבוקש להבהיר שכלי עבודה הנדרשים להרכבת המערכות לא יחשבו כאמצעי אסור להחזקה, כהגדרתו במסמך זה ובפרט בסעיף 3.6.	שאלה	3.6	44	.33
ללא שינוי.	תשובה	4.3.1.1, 4.3.1.8	46	
<u>הבהרה</u> : המציע הזוכה יידרש לצרף את רשימת הכלים הנדרשים ולקבל אישור לכך טרם קבלת אישור כניסה לבית הסוהר.	שאלה	4.4.12	47	.34
מבוקש להבהיר שהספק יעשה כל שביכולתו על מנת לעמוד בתנאי הביטחון. עם זאת, אם על אף מאמציו עדיין נקבע כי הוא לא עמד בתנאים, ונגרם עיכוב באספקה, הספק יעשה כל שביכולתו כדי לספק את השירותים במועד סמוך ככל הניתן ולמזמין לא תהיה טענה או תביעה בגין כך.	תשובה			
ללא שינוי.	שאלה	4.5.1	47	.35
מבוקש להבהיר כי כל תיקון בתנאי הביטחון יובא לידיעת הספק.	תשובה			
ללא שינוי.	שאלה	4.5.2	47	.36
מבוקש להבהיר שכל מוצר שלא סוכמה התמורה עליו בהתאם למכרז, יתוּמחר בנפרד על ידי הספק.	תשובה			
ללא שינוי.	שאלה	4.5.6	47	.37
מבוקש למחוק סעיף זה, בהתחשב בהוראות המכרז, ובצורך של הספק לשאת אמצעים להרכבה של הציוד בתוך מתקני שב"ס. לחלופין, מבוקש להבהיר כי סעיף זה לא יחול על כל אמצעי הדרוש להרכבת הציוד הנדרש בהתאם למכרז.	תשובה			
ללא שינוי, ראה מענה לשאלה 33.	שאלה	5.1	47	.38
מבוקש: 1. למחוק סעיף זה; 2. לחלופין, מבוקש להוסיף את המילים "לפי מסמך זה" לאחר המילים "הפרת התחייבות הספק ו/או מי מטעמו"; 3. להבהיר כי כלי עבודה לצורך התקנת המערכות	שאלה			



שרות בתי הסוהר

ותיקונם לא יחשבו אמצעי אסור בהחזקה ; 4. להוסיף את המילים "לאחר מתן הזדמנות לספק להשמיע את טענותיו" לאחר המילים "להשית קנס כספי על הספק"; להפחית את הסכום לסכום סביר בסך 1,000 ש"ח בלבד ; או לחלופין, לקבוע כי הקנס יהיה עד לגובה 20,000 ויקבע בהתאם להוכחת גובה הנזק ו/או הפגיעה בביטחון. ללא שינוי. ראה מענה לשאלה 33.	תשובה			
מבוקש : 1. להבהיר כי קיזוז יעשה לאחר מתן הודעה מראש בכתב ; להוסיף את המילים "כתוצאה מהתקשרות זו" לאחר המילים "המגיע לספק". ללא שינוי.	שאלה	5.2	47	39.
תשובה				
מבוקש : 1. למחוק סעיף זה ; 2. לחלופין מבוקש להבהיר כי שב"ס לא יבטל הסכם טרם נתן הודעה מראש ובכתב לספק ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ; 3. להבהיר כי בכל מקרה תנתן התראה כתב של 30 ימים לפחות לפני סיום ההסכם. ללא שינוי.	שאלה	5.3	47	40.
תשובה				
מבוקש להבהיר כי בכל מקרה לא ינתן כפל פיצוי בגין אותה ההפרה. ללא שינוי.	שאלה	5.4	47	41.
תשובה				
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף : "האמור לא יחול על מידע שהיה בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות ; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת". למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שיש למסור עפ"י דין.	שאלה			42.
תשובה				
מבוקש : 1. למחוק צרופה זו – הספק ועובדיו לא ידרשו לחתום על הצהרה זו ; 2. לחלופין, להבהיר כי הצהרה זו לא חלה על כל ציוד הנדרש להתקנה, פירוק, הרכבה ותיקון של הציוד. בהתאם מבוקש להוסיף בתום הסעיף "ולמעט ציוד הנדרש לי לצורך מילוי תפקידי ועבודתי בביס"ר". ללא שינוי.	שאלה			43.
תשובה				
מבוקש : 1. למחוק את המילים "ובין אם הגיעה לידיעתם בכל אופן שהוא" ; להוסיף בסוף הסעיף : "האמור לא יחול על מידע שהיה	שאלה			44.



שרות בתי הסוהר

בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעיו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".				
1. ללא שינוי. 2. למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שיש למסור עפ"י דין.	תשובה			
מבוקש: 1. למחוק את המילים "לאלתר"; להוסיף בתום הסעיף: "לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לספק ולאחר מתן הזדמנות להשמיע את טענותיו".	שאלה			
ענף בט"מ רשאי לערוך מעת לעת בדיקה של המציע ועובדיו לשם בחינת תוקפם של ההכשרים התעסוקתיים/ בטחוניים. בכל שלב ענף בט"מ רשאי להודיע על אי התאמתו של המציע ולהביא להפסקת עבודתו לאלתר. באפשרות המציע לבקש בחינה מחודשת של החלטת בט"מ בדבר אי התאמת העובד. בקשה שכזו תועבר עד 14 ימים מקבלת ההחלטה.	תשובה	5.3	53	.45
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "האמור לא יחול על מידע שהיה בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעיו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".	שאלה	6.2	54	.46
מקובל	תשובה			
מבוקש: 1. להחליף את המילים "באופן מידתי" במילים "בהתראה מראש בת 30 ימים"; 2. להבהיר כי טרם ביטול ההסכם תנתן למציע הזדמנות לטעון את טענותיו.	שאלה	6.8	54	.47
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להוסיף את המילים "והכל בכפוף להוראות יצרן המכשיר" לאחר המילים "גם בדרישות לתקשורת מאובטחת בתמיכה מרחוק".	שאלה			
הבקשה אפשרית בהיבט שהדרישות לא פוגעות בפעילות התקינה של המכשיר כנדרש ע"י היצרן, אך הנחיות היצרן לא יוכלו להיות כאלה שיסתרו את מדיניות הגנת הסייבר והנחיות אבטחת המידע הארגוני.	תשובה	1	55	.48
מבוקש להבהיר כי העדכונים שניתנו ללא תשלום הינם עדכונים שהוגדרו ע"י היצרן כ Mandatory או Safety FCO.	שאלה			
מקובל ובתנאי שאין ולא תהיה קישוריות של המערכת לעולם ע"פ דרישה של המציע או היצרן וכי המערכת תפעל במסגרות רשת סגורה.	תשובה	5	55	.49
מבוקש להוסיף את המילים " בכפוף להוראות יצרן המכשיר" לאחר המילים "אחר כל ההוראות הרלוונטיות".	שאלה	6		
ללא שינוי.	תשובה		55	.50
שיטות ההתקנה בארגון יעשו בכפוף להנחיות	תשובה			



שרות בתי הסוהר

וארכיטקטורה ותאושר ע"י הגנת הסייבר שב"ס.				
מבוקש להבהיר כי העדכונים שיינתנו ללא תשלום הינם עדכונים שהוגדרו ע"י היצרן כ Safety או Mandatory FCO.	שאלה	6.1	55	.51
מקובל ובתנאי שאין ולא תהיה קישוריות של המערכת לעולם ע"פ דרישה של המציע או היצרן וכי המערכת תפעל במסגרות רשת סגורה.	תשובה			
מבוקש להחליף סעיף זה במילים "בקורות אבטחת המידע בארגון מנוטרות 24/7".	שאלה	7.1	55	.52
ללא שינוי. הכוונה בסעיף הנחיה זה היא שלחברה מערך SIEM או XDR או חלופה תואמת שמבצעת בקרה והתרעה סביב השעון.	תשובה			
בוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש: 1. להבהיר האם חברת BDO כחברה המבצעת את מבחן ה-PT עונה על הדרישה האמורה; 2. אם לא, מבוקש לקבל את רשימת החברות המאושרות על ידי שב"ס למבחן ה-PT. להוסיף את המילים "והכל בכפוף להוראות יצרן המכשיר" לאחר המילים "למלא הדרישות כאמור".	שאלה	10	56	.53
חברת BDO מקובלת ובתנאי שתוצרי המבחנים יוצגו לשב"ס כולל המענה והטיפול שבוצעו למול הממצאים גם אם נדרש שנחתום על NDA.	תשובה			
מבוקש למחוק סעיף זה – לא נאגר בחברתנו מידע הרלוונטי לסעיף זה.	שאלה	12	56	.54
מקובל	תשובה			
מבוקש להבהיר את אופי הביקורות על האמצעים האלקטרוניים ומהימנות העובדים כאמור בסעיף זה.	שאלה	14	57	.55
מקובל	תשובה			
מבוקש: 1. להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילים "הנזקים ו/או ההוצאות"; להבהיר כי לא ינתן כפל פיצוי בגין אותה הפרה.	שאלה	22	57	.56
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי טרם ביטול ההסכם תנתן לספק הזדמנות לטעון את טענותיו.	שאלה			
היות ומדובר בהיבטים מבצעיים/ביטחוניים/סודיות – לא מקובל.	תשובה	24	57	.57
מבוקש: 1. להוסיף אחרי המילים "לרכוש ולקיים" את המילים "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו"; 2. מבוקש למחוק את המילים "לא יפתחו מהמצוין להלן".	שאלה	א	62	.58
הבקשות נדחות	תשובה			
מבוקש למחוק את המילים "לא יפתחו מסך..".	שאלה	1.2	62	.59
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש למחוק את המילים "לא יפתחו מסך..".	שאלה	2.2	62	.60
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש למחוק את המילים "הביטוח יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן בגין פעילותו".	שאלה	3.1	63	.61
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש להחליף את המילים "ולשנה לא יפתח מ"	שאלה	3.3	63	.62



שרות בתי הסוהר

במילים "לתקופת ביטוח".				
הבקשה מתקבלת	תשובה			
מבוקש להוסיף אחרי המילים "מחדלי הזוכה" את המילה "ובגין".	שאלה	3.5	64	.63
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש למחוק סעיף זה, מרגע שמכונת הרנטגן הועברה לידי שב"ס, באחריות שב"ס לבטח את הציוד.	שאלה	4.1	64	.64
הבקשה נדחית. כאמור בסעיף, הסעיף מתייחס למכונת הרנטגן הניידת המושכרת אשר הינה רכוש הזוכה.	תשובה			
מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים "למשך שלוש שנים מתום ההתקשרות".	שאלה	ב	65	.65
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש 1. למחוק את המילים "לכל המאוחר שבעה ימים"; למחוק את המילים "הזוכה נדרש ללמוד ולעמוד.. בביטוחים כנדרש".	שאלה	ג	65	.66
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש למחוק סעיף זה. הספק ימציא אישורי ביטוח ולא העתקי פוליסה.	שאלה	ד	65	.67
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש למחוק את המילים "ועליו לבחון... בהתאם לכך".	שאלה	ה	65	.68
הבקשה נדחית	תשובה			
מבוקש להחליף את המילה "לאשר" במילה "לציין".	שאלה	פתיח	71	.69
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להחליף את המילה "לאשר" במילה "לציין".	שאלה	פתיח	74	.70
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש : 1. להבהיר כי נדרשת הצהרה על דו"חות כספיים של שנת 2021-2022 בלבד [שכן טרם נחתמו הדו"חות של 2023]; 2. לחלופין, מבוקש להוסיף נוסח חלופי לאישור זה בנוסח הבא "טרם נחתמו הדו"חות הכספיים של שנת 2023 אך בהתבסס על הצהרת הנהלת המציע ביחס לשנת 2023, והדו"חות הכספיים המבוקרים של שנת 2021-2022, המציע עומד בתנאי הנדרש בסעיף 3.1".	שאלה			
עמוד 74 ימחק ויוחלף בנוסח הבא : 1. הנספח עודכן אישור רואה חשבון אודות נתונים כספיים – (תנאי סף מקצועיים לעניין מחזור/היקף כספי) _____ לתקופה עד _____ לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן : "המציע") הרינו לאשר כדלקמן : הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת	תשובה	2.1	74	.71



שרות בתי הסוהר

בהתאם לדוחות הכספיים המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף _____ (תנאי הסף).				
מבוקש להוסיף לאחר המילים "בקשר למכרז" את המלל הבא: "האמור לא יחול על מידע שהיה בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".	שאלה	11	88	.72
למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שיש למסור עפ"י דין.	תשובה			
מבוקש: 1. להוסיף את המילים "ולאחר שנתנה הזדמנות לזוכה לטעון את טענותיו, ולבצע את הנדרש" לאחר המילים "בהתאם למפורט במסמכי המכרז"; 2. להבהיר כי איחור שנובע מסיבות שאינן בשליטת הזוכה, כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב, ולרבות בשל עיכוב בקבלת אישור כניסה למתקני שב"ס כנדרש בתנאי ביטחון והצהרת ספק, לא יזכה את המזמין בפיצוי כאמור בסעיף זה; להבהיר כי המזמין לא ינכה את הסכומים לפני שנתן לספק הודעה בכתב ומראש, ויהיה זכאי לנכות את הפיצוי	שאלה	13	88 - 89	.73
ללא שינוי.	תשובה			
מבוקש להבהיר כי המזמין יוכל לקזז רק סכומים המגיעים לו בקשר להסכם זה ורק מסכומים המגיעים לספק בקש להסכם זה.	שאלה	14	89	.74
ללא שינוי.	תשובה			
מבוקש להבהיר שהודעה על ביטול תנן בכתב והיא תכנס לתוקף רק לאחר 30 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב	שאלה	16	89	.75
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להפחית את סכום הפיצוי הכספי כך שיעמוד על 3% מערך ההתקשרות – מדובר בסכום שאינו תואם את היקף העבודה.	שאלה	17.1	89	.76
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי בכל הנוגע להפסקת שיתוף פעולה, תנתן לספק הזדמנות לטעון את טענותיו, ולתקן את הדרוש תיקון, טרם יוחלט על ביטול ההסכם והשתת פיצוי מוסכם.	שאלה	17.2.1	89	.77
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר שאם יסבור המזמין כי קיימת פגיעה ביכולת הספק לבצע את ההסכם לפי סעיף זה, יתן המזמין לספק הזדמנות לטעון את טענותיו טרם יבטל את ההסכם וידרוש מהספק פיצוי מוסכם.	שאלה	17.2.2	89	.78
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להוסיף בסיום הסעיף את המלל הבא: "האמור	שאלה	17.2.4	89	.79



שרות בתי הסוהר

לא יחול על מידע שהיה בידי מי מהצדדים ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה ושלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שאינו חסוי מעצם טבעיו ו/או על פי הדין ושלא עקב הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות; מידע שחובה לגלותו על פי דין או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".				
למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שיש למסור עפ"י דין.	תשובה			
מבוקש: 1. להבהיר כי טרם מימוש הערבות תנתן לספק אפשרות טיעון ואפשרות לשלם את הפיצוי המוסכם מבלי לממש את הערבות; להבהיר כי לא ינתן כפל פיצוי עבור אותה ההפרה – או מימוש הערבות או חיוב בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף 17.1.	שאלה	17.3	89	.80
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש להבהיר כי מקום בו סבר המזמין כי הוא זכאי לפיצוי מוסכם, או זכאי לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית, עליו להתריע בפני הספק בסמוך להפרה ולא להמתין ולדרוש את הפיצוי או לבטל את ההסכם תקופה ארוכה לאחר קרות ההפרה.	שאלה	19	90	.81
ללא שינוי	תשובה			
מבוקש למחוק את המילים "לרבות, נזקים כלכליים טהורים".	שאלה	23	90	.82
ללא שינוי	תשובה			
מהי מסגרת הזמנים לקבלת ההזמנה מרגע הודעת הזכייה?	שאלה			
סעיפים 11.1.1+11.1.2 יוחלפו בנוסח הבא : "מיום הוצאת ההזמנה, המציע הזוכה נדרש לאספקת הטובין תוך פרק זמן של עד 14 ימים"	תשובה	11.1.1	21	.83
זהו מכשיר שלא מחזיקים במלאי, החזקת מכשיר כזה במחסן גורעת מהאחריות ייצרן. 14 יום איננו מספיק, מבקשים 45 יומי עבודה לייבוא והגדרת קונפיגורציה מתאימה לחדר מול הייצרן (בהתאם לשטח שנקבל)	שאלה			
אספקת הניידת למכון באשל נועדה למנוע השבתת מכון אשל בעת השיפוץ. מאחר ופירוק המכשיר הישן ותחילת עבודות השיפוץ יחלו רק לאחר הפעלת הניידת (כפי שמפורט במכרז עמ' 80, סעיף 7.4), מועד התחלת העבודות תלוי באספקת הניידת והפעלתה לכן, הכרחי שאספקת הניידת תהא מהר ככל האפשר.	תשובה	11.1.2	21	.84
ויכלול גודל גלאי לא נכון לשנות ל: גלאי בעל שטח צילום 43*43 ס"מ	שאלה			
סעיף 7.3 בעמוד 27 יתוקן לנוסח הבא : "גלאי בעל שטח צילום 43*43 ס"מ ויכלול תא אחסון"	תשובה	7.3	27	.85
לא בטיחותי, מומלץ ידני ומעקב שפורפרת בלבד: בוקי ממונע חשמלי מעלה מטה	שאלה	8.1	28	.86
סעיף 8.1 בעמוד 28 יימחק.	תשובה			
גודל גלאי לא נכון לשנות ל: גלאי בעל שטח צילום 43*43 ס"מ ויכלול	שאלה			
סעיף 8.4 בעמוד 28 יתוקן לנוסח הבא : "ויכלול גלאי דיגיטלי קבוע 43*43 ס"מ"	תשובה	8.4	28	.87



שרות בתי הסוהר

רצוי גלאי קבוע שאינו אלחוטי : שני גלאים אלחוטיים קבועים FD	שאלה			
א. נדרשים 3 גלאים : 2 גלאים קבועים (אחד לשולחן ואחד לוורטיגרף) וגלאי אחד נייד ב. גלאי נייד חייב להיות אלחוטי גלאים קבועים צריכים להיות : - או אלחוטיים או חוטיים, במקרה זה הכבלים של הגלאים הנ"ל צריכים להיות נסתרים בתעלה תת ריצפתית משותפת עם שאר הכבלים או בתעלה תת רצפתית נפרדת.	תשובה	9.1	29	.88
האם נדרש לספק צורב רובוטי?	שאלה	11.4	30	.89
כן	תשובה			
נדרשת הרכבה מוקדמת – בחדרי צילום אין חובה	שאלה			
נדרשת הרכבה מוקדמת (אינטגרציה מלאה) של המערכת במפעל היצרן, פרט למרכיבים החייבים לעבור התאמה למקום ההתקנה – אותם ניתן להרכיב בנפרד יש לספק דו"ח בדיקה בסיום ההתקנה.	תשובה	13.1	32	.90
אין צורך ב 2 חיישני DR בגודל X43 43 ס"מ	שאלה			
סעיף 8 בעמוד 33 יתוקן לנוסח הבא : 1 חיישן DR בגודל X43 43 ס"מ	תשובה	8	33	.91
DWG - תוכניות לאתר אשל וצלמון	שאלה			
מצורף כקובץ PDF	תשובה	נספח ד'	39	.92

- הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
- להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 30/09/2024 שעה 12:00.
- יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר