

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	שיבא ביונד
תאריך:	14/08/24

_____ מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095093126	ES TYPE IOS UNIT PACK IN PP AND BUBBLES

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת מיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	פלסאנמור בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	515139129
מספר ספק בשיבא	136635
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	73,370\$ + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

11 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0201
תיק: 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: שיבא ביונד – חו"ד לרכישת אולטרסאונד נישא לשימוש ביתי מבוסס טלפון נייד IOS.

בהתאם לסימוכין, עבור פרויקט רפואת נשים היברידי, נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות של 110 יח'. מדובר במתמר אלחוטי בעל חיבור USB למכשיר טלפון חכם בעל מע' הפעלה IOS, המשמש לביצוע סקירת אולטרסאונד במצב הדמיה יחיד B-Mode. הפעלת המתמר הינה ע"י המטופלת באמצעות אפליקציה ייעודית המותקנת ע"ג טלפון הנייד וכמו כן, שליחת נתונים אל רופא מטפל וצפייה בתוצאות ההדמיה מרחוק. רצ"ב הצעת היצרן Pulsenmore ES (Type IOS) לדגם Pulsenmore ES אשר נבדק ע"י הצוות הרפואי במסגרת פיילוט ונמצא מתאים לכל שנדרש. לא ידוע למשתמש על ספק חלופי לנדרש ולפיכך יש לראות ביצרן Pulsenmore ES ספק בלעדי לרכישה, על כל המשתמע מכך. להלן מאפייני המכשיר העיקריים:

- מספק סקירה במצב הדמיה B-Mode בתחום תדרים של 2-5MHz.
- מיועד לשימוש מטופלות בביתן בטווח 14-40 שבועות להריון.
- המתמר אינו מיועד להעברה בין משתמשות, אלא לשימוש מטופלת יחידה.
- כל מכשיר מוגבל לכמות של עד 50 שימושים או 150 דקות עבודה.
- איכות ההדמיה/צפייה מבוססת על עיקרון As Low As Reasonably Achievable בהתאם להגדרת היצרן.

הרכישה תמומש באמצעות הצעת מחיר שניתנה ע"י חברת "פלאסאנמור" לכמות הנדרשת.

בברכה,
מח' רכש
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: מגר הדר אמיר
מר רפאל גירסי
מר איליה ברסלבסקי
מר תומר לוי
גב' שולה אלבוים
מר רועי פייגל
מר רומן קורוביצין