

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מכון גסטרו
תאריך:	06/08/24

_____ קרן מחקרים _____ X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077830	BK3000 ULTRASOUND SYSTEM
2	1047051289	PELVIC FLOOR PROCEDURAL APPLICATION WITH NEW 3D
3	1040022618	DICOM ENCRYPTED

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב של רפאל ג'רסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות רפואיות בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

4 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/0093-2024
תיק: 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו/מרפאת רצפת האגן – חו"ד לרכישת אולטראסאונד תוצרת חברת B&K

בשימוש מרפאת רצפת האגן מכשיר אולטראסאונד דגם BK3000 תוצרת חברת B&K. המכשיר תקול ובשימוש במתמרים נתגלתה בעיית היפוך צדדים בתמונה מאוד מהיר וכמעט בלתי נראה שיכול לגרום לאירוע חריג ואבחנה לא נכונה.

ניסיונות חברת אמי טכנולוגיות, נציגת היצרן, לתקן המכשיר (הוחלפה תוכנה כרטיסים וכוי) לא צלחו וארכו תקופה של כמה חודשים. לפיכך המכשיר הושבת.

נדרשת רכישת חלופה למכשיר.

עקב מורכבות ואי יכולת היצרן ונציגותו המקומית לבצע התיקון, הוגשה הצעה להחליף את המכשיר בעיסקת טרייד אין.

יש לממש הצעת מחיר חברת אמי טכנולוגיות לדגם זהה אותה יש לממש במלואה.

רכישת דגם BK3000 תאפשר שימוש במתמר ייחודי דגם 20R3 תלת מידה ועם 4 מתמרים נוספים הקיימים במרפאה. לפיכך ניתן לראות ביצרן ובנציגותו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.


ג'רסי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' דן קרטר
מר יעקבלב מיכאל