

טופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ		
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:	
7.6.3	הוראה מקשרת:	
7.6.3.1.ט	מספר טופס:	
01	מהדורה:	



אל: ועדת המכרזים

משרד הבריאות	משרד:
בית חולים ברזילי, מחלקת רכש	יחידה מזמינה:
יום רביעי 02 אוקטובר 2024	תאריך:

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
<p>מתכלים וריאגנטים למכשיר NGS ייחודי שמסוגל לספק פתרון כולל לריצוף גנטי, כולל ריצוף גנטי עמוק, הכנת ספריות, והטענת ציפים וקיטים לביצוע בדיקות.</p> <p>מדובר בבדיקה אשר מיועדת לאיתור גידולים סרטניים באמצעות ריצוף מקטעי גנים. מוטציות באונקוגנים או גנים הקשורים לסרטן יכולים להציע אופק טיפולי נוסף למטופל.</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	800,000 ₪ כולל מע"מ לשנה
תקופת ההתקשרות:	01.10.2024 עד 01.10.2028

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3. נימוקים והערות נוספות**

מתכלים וריאגנטים למכשיר **NGS** ייחודי שמסוגל לספק פתרון כולל לריצוף גנטי, כולל ריצוף גנטי עמוק, הכנת ספריות, והטענת ציפים וקייטים לביצוע בדיקות.

מדובר בבדיקה אשר מיועדת לאיתור גידולים סרטניים באמצעות ריצוף מקטעי גנים. מוטציות באונקוגנים או גנים הקשורים לסרטן יכולים להציע אופק טיפולי נוסף למטופל.

במרכז הרפואי ברזילי ישנו מכשיר ריצוף גנטי (**NGS**) מסוג- **Ion GeneStudio S5 Plus System**, תוצרת **Thermo**, של הספק רניום.


הספק רניום מייצג את היצרן **Thermo** בישראל והוא היחיד, הבלעדי אשר מוסמך ומורשה לספק את המתכלים למכשיר הקיים במרכז הרפואי ברזילי. לא קיימת עוד חברה בעולם אשר מוסגלת לספק את המתכלים המתאימים אשר מתחביר למכשיר ה- **Ion GeneStudio S5 Plus System** אשר קיים במעבדה פתולוגית במרכזנו.

מצ"ב חוות דעת ממנהל המעבדה הפתולוגית ד"ר מרק שלופוברסקי ומסמך מהספק.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

בשם/ אוריאל

	מנהל רכש	אוריאל קרה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית