

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	30/09/24

מדינת ישראל  X  קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095095204	DIAGNOSYS FST MODULE INCLUDING PROTOCOLS BUTTON BOX
2	1095095196	COLORFLASH HANDHELD FLASH STIMULATOR WITH PROTOCOLS
1	1095095147	מכשיר ERG-E3 CONSOLE WITH COMPUTER AMPLIFIER COLORDOME
4	1040026262	DICOM PRINT CAPABILITY UPGRADE TO ESPION SOFTWARE

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מרפאל גירסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא  X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_ טובין  X

שם הספק:	מדי פישר
----------	----------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

22 בספטמבר 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0229  
תיק: 3500

הנדון: - חו"ד לרכישת מערכת לבדיקות אלקטרופיזיולוגיות של הראייה FULL FIELD ERG

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מחלקת עיניים – חו"ד לרכישת מערכת לבדיקות אלקטרופיזיולוגיות של הראייה FULL FIELD ERG

בשימוש מחלקת עיניים המכשיר שבנדון, דגם SUNBURST, מס' סד' 012541216, תוצרת חברת LKC-UTAS. המכשיר משנת 2012 והינו תקול ולא ניתן לתקנו בשל העדר חלקי חילוף והגדרת המכשיר כ- EOS. המכשיר הושבת.

המכשיר משמש לבדיקות אלקטרופיזיולוגיות של הראייה, לצורך בדיקת תגובות במסלול הראייה.

בבדיקה עם נציג היצרן חברת טרדיסגת הובהר כי דגם זה אינו משווק יותר. כחלופה נדרשת רכישת מכשיר חדש, מתקדם יותר, עם יכולת הוספת בדיקת DA (הסתגלות לחשיכה) וכן בדיקות EOG שעד כה לא ניתן היה לבצע במכשיר הקיים.

רצ"ב הצעת חברת מדי פישר אותה יש לממש במלואה.

הצעה כוללת את המכללים הבאים:

- פריט 1 - המערכת – כוללת קונסולה ומחשב, מגבר, סימולטור וזרוע. המערכת תמוקם על שולחן (המחשב והקונסולה), הסטימולטור ימוקם על עגלה עם זרוע מתכווננת.
- פריט 2 - COLOR FLASHE STIMULATOR מק"ט D382 - מדובר בסטימולטור ידני ופרוטוקולים היוצרים גירוי בצורה של הבזקי אור בצבעים ובצורות שונות. ניתן להפעיל את הבזק האור מידית הסטימולטור.
- פריט 3 - מודול FST – מק"ט D196 - בודק רמת רגישות בכל שדה הראייה בעין לצורך דיאגנוזה של מצבי פגיעה/ מחלות של העין.
- פריט 4 - רישיון DICOM המאפשר הוצאת דו"חות ב-DICOM.
- פריט 5 – יומיים הדרכה על המכשיר (כלול בעלות המכשיר).

בבדיקה עם המשתמש פרופ' רוטנשטרייך ומל ספקים ומקורות מידע נמצא כי לא קיימים בשוק מכשירים נוספים ויש לראות ביצרן ובנציגותו ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,  
ג'רטי רפאל  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' גיא קליינמן  
ד"ר יגאל רוטנשטרייך