

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	21/08/24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095094868	SYNCHRO AR LIVE 10 P 700 METEOR BLACK

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	אגנטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511243545
מספר ספק בשיבא	1048
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	101,592 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

19 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0214
תיק: 1113

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: הצטיידות מכון הלב 2024/שיקום לב – חו"ד לרכישת מכשיר קרוס טריינר לאימון גפיים תחתונות ועליונות.

נדרשת רכישה של מכשיר קרוס טריינר בכמות 2 יח'.

מכשיר האלפטיקל משמש לפעילות אירובית המשלב פעילות של פלג גוף עליון (ידידות נעות) ופלג הגוף התחתון (דוושות נעות).

להלן התכונות הנדרשות מהמכשיר:

- א. אפשרות לקריאת קצב לב מהידיות הקבועות ומהידיות הנעות של המכשיר.
- ב. שיפוע משתנה של זווית העבודה עבור פלג גוף תחתון.
- ג. דוושות רגליים רחבות וחזקות.
- ד. אפשרות לשנות את ההתנגדות בידידות הנעות תוך כדי פעילות (ולא ממסך המכשיר בלבד), המצריך עצירת הפעילות על מנת לבצע שינוי התנגדות).
- ה. ידידות אחיזה ממוגנות/מצופות פלסטיק מפני זיעה/רטיבות.
- ו. אימונים משולבים וידיאו כחלק מתוכניות האימון באמצעות מסך המכשיר.

התקבלה הצעת מחיר לדגם Synchro 700 תוצרת Technogym המשוקק ע"י חברת "אגנטק", אשר נמצא עונה לכל שנדרש ע"י הצוות.

הובהר ע"י הצוות שיש צורך במכשור התואם לאוכלוסיית המתאמנים המבוגרים ולחולי אי-ספיקת לב ובנוסף יהיה מותאם לפעילות אינטנסיבית של 12 שעות.

מבדיקה מקיפה שבוצעה מול הספקים הרלוונטיים בתחום כגון "בפקס", "חגי מכשור", "טכנוספורט" ו-"אוניספורט", לא נמצא מכשור העומד באופן מלא במפרט המצויין לעיל, בדגש על סעיפים א' ו-ד', מכשור המאפשר קריאת קצב לב ושינוי התנגדות מהידיות הנעות, תוך כדי הפעילות וללא צורך בעצירה מוחלטת לשם כך.

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן Technogym באמצעות חברת "אגנטק" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,

אליה רפאליוב סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: מר טמיר קמרמן
פרופ' רוברט קלמפנר