



21 באוקטובר 2024

סימוכין: 11-10

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

**הנדון: רכישת קורא פלטות עבור המעבדה המרכזית – ספק יחיד**

למעבדה שבנדון נדרש לרכוש מכשיר קורא פלטות מהדגם הבא HMG. המכשיר ישמש לביצוע בדיקה להערכת איכות כבד. מטרת הבדיקה הינה הערכת איכות הכבד בשלב פרפוזיה קרה זאת ע"י מדידת פקטורים מיטוכונדרליים – NADH ו-FMN אשר מאפשרת בשלב מוקדם להחליט האם האיבר מתאים לכל מטופל, האם מתאים למטופל עם MELD פחות מ20 או שמה נדרשת המשך הערכה ע"י שלב נוסף של פרפוזיה חמה. מדובר במכשיר ייחודי המשלב מערכת אופטית היברידית הכוללת מונוכרומוטור עם מערכת סינון, מקור אור עצמאי, גלאי ומסלול אור. בנוסף המערכת מספקת עבודה בטווח דינמי רחב (7 רמות) ואפשרות להתאמה אוטומטית לגובה הדגימה (המיקרופלטה). שילוב תכונות אלו הווים את ייחודיות המערכת ומאפשרים רמת דיוק גבוה ביותר של המכשיר כפי שנדרש עבור ביצוע הבדיקה המדוברת. מצורף לקובץ ההמלצה מכתב מהיצרן אודות ייחודיות הפונקציונאלית המוזכרת מעלה.

מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שלחברת AGILENT (ספק לומיטרון בע"מ) קיימת מערכת ייחודית התואמת את דרישות המעבדה. למערכת קיים אישור CE כנדרש ונתנו שנתיים אחריות.

מדובר במכשור ייחודי ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת לומיטרון בע"מ ספק יחיד למקרה זה. מדובר במערכת חיונית עבור בי"ח, כאשר רק לחברת לומיטרון בע"מ היכולת לספק את המכשור הייחודי הנ"ל וכן להיכולת המקצועית של מתן שירותי תחזוקה שוטפת, טיפולים מניעתיים וטיפולי חירום למערכת. בהיותה הספק הרשמי של חברת AGILENT, בארץ למכשור זה ובהיותה בעלת ידע מקצועי מוסמך ורחב וחלקי חילוף זמינים ומקוריים

הואיל וכך, הריני ממבקש כי ועדת מכרזים תאשר התקשרות עם חברת לומיטרון בע"מ לטובת רכישת המערכת, בהליך פטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993

בברכה,  
אינג' אמיל לברניוק  
ראש צוות הנדסה ביו-רפואית