

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	27.11.24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095095840	XN-450 HEMATOLOGY ANALYZER - SE000621

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	31,170 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

17 בנובמבר 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0322
תיק: 1128-11

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: אגף המעבדות/מעבדת מגה-לאב – חוו"ד לרכישת מכשיר לספירת תאים בנוזל עמוד שדרה.

נדרשת רכישה של מכשיר לספירת תאים בנוזל עמוד שדרה למעבדת מגה לאב בכמות 1 יח'.

להלן התכונות הנדרשות מהמכשור:

- התאמה לביצוע בדיקת נוזלי גוף.
- נפח הדגימה (Aspiration Volume) הנדרש הינו 70µL.
- יכולת לבצע את הבדיקה הנדרשת ללא צורך ביצוע בדיקת Blank (בדיקה טרומית לפני הליך ספירת תאים).
- המכשיר יבצע תהליך ניקיון אוטומטי (Background Check) לפני הכנסת הדגימה.

התקבלה הצעת מחיר לדגם XN-450 מתוצרת חברת Sysmex המשווקת ע"י חברת "דובר מכשור רפואי" אשר נמצא עונה לכל שנדרש.

בחינה יסודית נערכה ע"י המשתמש לחלופות אפשריות כדלקמן:

- דגם DxH900 תוצרת Beckman – נפח הדגימה המינימלי במכשיר זה הינו 165µL ועל כן אינו עומד בדרישת המשתמש.
- דגם DxH500 תוצרת Beckman – אינו עומד בסעיפים א' – ד' המוזכרים לעיל.
- דגם yumisen H500 תוצרת Horiba – אינו עומד בסעיפים א' – ד' המוזכרים לעיל.

המכשיר המוצע הינו היחיד שעומד בתקני FDA ל - Mononuclear& polynuclear cells, ביצוע ספירת תאים בנוזל חוט עמוד שדרה CSF. למכשיר יחידת עיבוד וצג LCD מובנים המאפשרים שימוש כ- Stand alone ללא צורך בחיבור למחשב חיצוני ו/או לרשת שיבא.

לנוכח הנ"ל ומאחר ולא נמצאו חלופות נוספות המתאימות לצרכים הקליניים, יש לראות ביצרן Sysmex באמצעות חברת "דובר מכשור רפואי" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת מחיר שהוגשה ע"י החברה.

בברכה
אליה רפאלוב סמ"יה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' אלכסנדר ויסקובסקי
מר' משה חמד
גב' הדר איה-אבני
דר' רם דולמן
גב' קלאודיה פוקס