

Department of Biomedical engineering

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

28 ינואר 2025
סימוכין – 20-01

לכבוד
וועדת רכישות
בא

הנדון: המלצה לרכישת מכשיר לחיתוך קרנית- ספק יחיד


בבית החולים בחדר ניתוח עיניים משתמשים במכשיר רפואי מיקרוקרטום לצורך חיתוך קרנית למטרת השתלה. בישראל קיימים רק שני ספקים המספקים מכשירים לחיתוך קרניות, כאשר ספק אחד מהם: אלפא נטו שאינו מוכן להביא מכשיר להדגמה בישראל אשר יאפשר לצוות הרפואי לבחון האם הוא הולם את צרכי ביה"ח, **אזי למעשה נותר ספק יחיד לעניין זה - הספק סרמדיק בע"מ שהינו היחיד שמשווק בארץ ומייבא מכשיר לחיתוך קרנית וגם היחיד שהדגים בפני ביה"ח את המכשיר המוצע.**

לאור מה שרשמתי אני ממליץ לרכוש את המיקרוקרטום של חברת סרמדיק בע"מ, יצרן MORIA

מק"ט אביב 6018102349, מק"ט ספק E0

בברכה,

יעקב איומין
מהנדס מכשור רפואי


יעקב איומין
מהנדס מכשור רפואי
מרכז הרפואי איכילוב ת"א