

Department of Biomedical engineering

היחלקה להנדסה ביו-רפואית

13 באוקטובר 2025


סימוכין: 14-02

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

הנדון: המלצה לרכישת מכשיר אולטראסאונד – מרפאת כאב

במרפאת כאב נדרש מכשיר אולטראסאונד נוסף לקיים. הקיים הוא של יצרן SONOSITE דגם PX עם שני מתמרים יעודיים: מתנור לינארי ומתמר קונברס. משיקולי סטנדרטיזציה לגבי מכשירי האולטראסאונד במחלקה, אשר יאפשרו העברת מתמרים בין המכשירים מאותו יצרן ודגם (מתמרים מיצרנים ודגמים אחרים לא מתאימים) במקרה של תקלה וימנעו השבתת מכשירים וביטול בדיקות מומלץ לרכוש מכשיר אולטראסאונד המשתמש באותם מונמרים תואמים למכשירים הנ"ל והמאפשר שיתופם בין מכשירים מאותו דגם לביצוע בדיקות במחלקה. לפי כך ממליץ לרכוש מכשיר מאותו היצרן (SONOSITE) והדגם PX מחב' DCS הנציגה הבלעדית של יצרן SONOSITE בארץ לראות בה ספק יחיד למקרה זה.

אנדר"י וולקוב
מהנדס מכשור רפואי
מרכז רפואי איכילוב-ת"א

בברכה,

וולקוב אנדר"י,
מהנדס מכשור רפואי