

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20.01.25

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095096665	AUDIOMETER AT2000

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מיצחק אלורו

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	סונבה ישראל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512820721
מספר ספק בשיבא	14216
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	40,000 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

י"ט טבת תשפ"ה
19 ינואר 2025
מספרנו: הני"ר/0027-2025
תיק: 1139

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון שמיעה אודיאולוגיה – חו"ד לרכישת מערכת לבדיקת תפיסת דיבור.

דוא"ל פרופ' יעל הנקין מתאריך 25.12.2024

נדרשת רכישה של המערכת הני"ל בכמות 1 יח' עבור מכון שמיעה.

נדרשת מערכת להערכת תפיסת דיבור על רקע רעש ולוקליזציה. המערכת הכלול פונקציות חדשניות כבדיקת זיהוי מיקום הקול ובדיקת תפיסת דיבור בהזרמה ישירה לשתל שבלול. הפונקציות הני"ל נדרשות לעבודה הקלינית של המכון עם מושטלי שתל שבלול, שתלי עצם ומכשירי שמיעה.

- קיימת במכון מערכת לתפיסת דיבור ישנה (משנת 2017) – דגם AT1000 תוצרת Auritec אשר איננה מאפשרת בדיקות דיבור בהזרמה ישירה לשתל שבלול.
במטרה להרחיב את פעילות המכון נדרש לשדרג את המערכת לדגם AT2000 תוצרת Auritec.

מדובר בדגם חדש יותר שמאפשר את הפעילות הנוספת המדוברת ונדרשת למכון.

- שדרוג לדגם המוצע (AT2000) כולל שימוש באביזרים קיימים מהדגם הישן: רמקולים ומסך חיווי.

- לא ידוע לגורם הקליני ולהנדסה רפואית על יצרנים או ספקים נוספים למערכת מהסוג הני"ל.

לאור הני"ל, נמצא כי הדגם AT2000 תוצרת Auritec הוא הדגם היחיד שנותן מענה מקצועי למכון.

התקבלה הצעת חברת Sonova (נציג היצרן בישראל) מתאריך 24.12.2024 לרכישת הדגם AT2000 אותה יש לממש במלואה.

מהנימוקים המצוינים לעיל, יש לראות בדגם AT2000 תוצרת Auritec, באמצעות נציגו בישראל חברת Sonova, ספק בלעדי לרכישה זו.

נברכה,
יצחק אלרון
מהנדס ביו-רפואה
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' יעל הנקין,
מר יוגב קציר
מהנדס רפאל גירסי