

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	רדיולוגיה פולשנית / נייר
תאריך:	22/12/24

קָרן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל  X \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מכשיר לסגירת עורקים לפני טיפול ניתוח הגידולים .

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

טובין \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטרוניק טריידינג
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	512833336
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ X _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,000.000 אש"ח
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

מדובר במכשיר לסגירת עורקיים לקראת ניתוחים וגידולים
מדובר במכשיר ייחודי ללא חברה מתחרה .
התחליף לציוד זה הינו התקנת עשרות סלילים . והעלות הכוללת החלופית למכשיר הנ"ל גבוהה מאוד
לאחר בדיקה לא נמצא פריט ציוד העונה על דרישותינו ולכן יש לראות במדטרוניק ספק יחיד למוצר זה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר דוד אוריון	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית		

ד"ר דוד אוריון  
מיועצת מוח. ניורולוג  
מ.ר. 35032 מ.ר. מ.  
26240