

משרד:	מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
יחידה מזמינה:	בנק הדם – פרויקט מח עצם
תאריך:	24.3.2025

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת מפשיר פלסמה לפרויקט מח עצם + תכנה

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	י.א. אלמוג דיאגנוסטיק
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511404121
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	20,113 יורו (כ-80,251.5 ₪ לפע שער 3.99 ₪)
תקופת ההתקשרות:	רכישה חד פעמית

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות

<p>האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:</p>
<p>הבדיקות נערכו באמצעות שיחות ובדיקות מול ספקים ובהתייעצות עם העמיתים מבתי חולים אחרים שעובדים עם תאי CAR-T</p>
<p>ממצאי הבדיקה:</p>
<p>CAR T טיפול לחולי לימפומה ולוקמיה שמשפעל את תאי מערכת החיסון כך שיתקפו את התאים הסרטניים וישמידו אותם. תאי T מהמטופל נשלחים למעבדה, שם הם עוברים הינדוס גנטי. התאים המהונדסים חוזרים לבית החולים, נשמרים בהקפאה. לפני מתן טיפול בתאמצעות תאים הללו יש צורך להפשיר אותם במפשיר ייעודי, ללא מגע מים, תחת ניטור מתמיד של טמפרטורה.</p>
<p>יתרונות עיקריים בשימוש במכשיר:</p>
<p>קיימים מכשירי הפשרה מסוג אחר, כאשר ההפשרה מתבצעת במים. תהליך מסוג זה אינו מתאים לשימוש בטיפול תאי.</p> <p>מכשיר ה-Plasmatherm C&G מאפשר הפשרה של מוצרי דם בצורה יבשה ללא מגע מים.</p> <p>המכשיר מאפשר קלינית לשימוש בהשלוחות תאי אב וגם על ידי פרוטוקול הפשרה של מוצרי ה-CAR T המסחריים (בעל אישורי CE/FDA). הפשרה במפשיר ללא מגע מים מאפשרת להקטין משמעותית זיהומים פוטנציאליים שעלולים לפגוע במטופל.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר פאר ויקטוריה	מ. מעבדת בנק הדם	ד"ר ויקטוריה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה