

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	03/04/25

\_\_\_\_\_ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1095070082	מערכת דיאטרמיה מדגם D VIO300
4	1095066338	ERBE EIP 2 WITHOUT ECB
3	1095061321	ARGON-PLASMA-COAGULATION UNIT MODEL : APC-2
1	1095061313	ELECTROSURGICAL UNIT MODEL : ERBE VIO 200 S
2	1040002008	SYSTEM CARRIER COMPACT

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין X \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

28 במרץ 2025  
מספרנו: הני"ר/2025-0094  
תיק: 1118

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת מכשור דיאתרמיה.

נדרשת רכישה של המערכות הבאות תוצרת חברת ERBA עבור מכון גסטרו:

- מערכת דגם VIO200S הכוללת יחידות גז ארגון ושטיפה – כמות 1 יח' (כנגד מכשיר שהושבת).
  - מערכת דגם VIO300D הכוללת מתאם ליחידת קצה המשמשת להסרת פוליפים – כמות 2 יח'.
- מכשור הדיאתרמיה במכון גסטרו מבוסס על תוצרת חברת ERBE. במכון כיום כ- 6 מערכות (ביניהן עם יחידות ארגון ושטיפה), המשמשות בפרוצדורות שונות להסרת פוליפים וגידולים ועצירת דימומים בדרכי העיכול.
- הובהר ע"י מנהל המכון כי יש להתמיד ברכישת המכשור מתוצרת ERBE. להלן הנימוקים המקצועיים:
- היצרן ERBE הינו המוביל בעולם בתחום מכשור הדיאתרמיה לאפליקציות גסטרואנטרולוגיות. למערכות של היצרן תוכנה ייעודית לגסטרו, ENDOCAT. לידיעת הצוות הקליני והנדסה רפואית, מערכות ERBE הינן המקובלות בכל מכוני הגסטרו המוכרים בארץ. לדבר יתרון בשיתופי פעולה המתקיימים עם מכונים מקבילים.
  - טכניקות העבודה המתוארות בכל המאמרים הקליניים המוכרים למעשה מבוססות על שימוש במכשור מתוצרת ERBE. הדבר מהווה יתרון בתהליכי הטמעה ויישום של פעולות חדשות ע"י הצוות הקליני.
  - שמירה על אחידות מערכות בהיבט אופן התפעול ע"י הצוותים הרפואיים, קריטית על מנת למנוע טעויות שימוש עם פוטנציאל נזק רפואי גבוה.
- בהתאם לאמור לעיל, מומלץ לראות ביצרן ERBE באמצעות נציגותו המקומית, חברת "ברסלוער", ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

בברכה,  
מיטל בסטרי-פסוח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה ביו-רפואית

העתקים: מהנדס רפאל גירסי  
דרי עידן לוי