

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	רבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	11.02.25

מדינת ישראל  X  קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
סטים להמודיאליזה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

אלטק	<b>שם הספק:</b>
514145978	<b>מספר הספק</b> (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
_____ √ _____ ספק יחיד	<b>ספק זה הינו:</b>
1,000,000 ₪ כולל מע"מ	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
24 חודש	<b>תקופת ההתקשרות</b>

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**





10.02.2025

**הנדון: נימוק לספק יחיד עבור ערכות להמודיאליזה**

מזה כ 10+ שנים המכון הנפרולוגי משתמש בסטים של חברת אלטק, לאחר שימוש רב שנים וניסיון עשיר איתם נוכחנו לדעת שההערכה איכותית ועומדת בסטנדרטים שהצבנו.

הערכה בנויה משני חלקים המפרידים בין חיבור לניתוק, דבר השומר על סטריליות המוצר כמו כן איכות החובק והמוצר ההמוסטי יעיל, ואינו מסכן את חיי האקסס (שנט לדיאליזה)

הפלטסטרם בערכה הם של חברת M3, איכותיים ומקבעים באופן בטיחותי את המחט, מה שמונע שליפת המחט שעלולה לגרום איבוד דם רב של מטופלים. מצב המסכן את המטופל.

מנגנון החבק משמר את חיי הפיסטולה והגראפט (אקסס) משום שהוא ניתן לשליטה על עוצמת הסגירה. לציין שהחבק הנ"ל קיים אך ורק בחברת אלטק ואינו קיים אצל ספקים אחרים, קיבלנו את הערכה לאחר שהתנסו בעבר עם ערכות של חברת פולק, בהן החבק לא בטיחותי, אשר סיכן את חיי הפיסטולה והגראפט (אקסס) משום שאין שליטה על עוצמת הסגירה בו.

הערכה נבנתה עבור מכוננו על פי תהליכי העבודה הנדרשים עבורנו.

לאור כל האמור לעיל אנחנו מבקשים את אישור הועדה לקנות אך ורק מחברת אלטק את הפרטים הנ"ל והם הספק היחיד המתאים.

בברכה ותודה,

נורית שמיר

אחות אחראית

מכון נפרולוגי

המרכז הרפואי שיבא

10/3/25

(נורית שמיר)

שמיר נורית  
אחות אחראית  
מכון נפרולוגי  
מ.ד. 181921