

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	03/03/25

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095093944	ARGOS HEMODYNAMIC MONITOR SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	סיסטמדיק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513770628
מספר ספק בשיבא	29339
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$60,004 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

2 במרץ 2025  
מספרנו: הני"ר/0054-2025  
תיק: 1120-11

לכבוד  
גבי גילי נעים  
**מח' הרכש**

**הנדון: ת"ע 2025/ט.נ. כללי – חו"ד לרכישת מכשיר Cardiac Output Monitor.**

אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.

במחלקת ט.נ. מכשיר מדגם Argos תוצרת חברת Retia המשמש לניטור לא פולשני של תפוקת לב ע"י ניתוח הסיגנל המתקבל במוניטור לצד מיטת החולה המחובר עם Arterial line למטופל.

למכשיר אלגוריתם ייחודי המאפשר להסיק את התנגדות כלי הדם של המטופל באופן ישיר מתוך ניתוח עקומת לחץ דם. הדגם מסופק עם שני סוגים של כבלים, אחד תואם למודולים לניטור מתוצרת Mindray ושני תואם למודולים מתוצרת PHILIPS.

לא ידוע דגמים חלופיים המשווקים בארץ, המאפשרים ניטור ללא חיבור פולשני למטופל באמצעות מתכלים ייעודיים. אי לכך, יש לראות ביצרן Retia באמצעות נציגתו המקומית, חברת "סיסטמדיק", ספק בלעדי לרכישה זו

  
מיטל ביסטרי-פסח  
מחלקת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: דר' ערן סגל