

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	26/11/24

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1098937949	פרוב חד פעמי APC PROBE 2200 C 2.3MM L2.2M SET
1	1095096087	ERBE VIO 200 D ELECTROSURGICAL UNIT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	45,277.2 יורו+מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

25 בנובמבר 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0331
תיק: 1118

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון ריאות – חוו"ד לרכישת דיאתרמיה כולל מרכיב ארגון באפליקציה ייעודית.

במכון ריאות הושבת מכשיר לייזר ועל כן נדרשת רכישה לחלופה בכמות 1 יח'. הובהר ע"י הצוות כי החלופה הנדרשת הינה דיאתרמיה באפליקציה ייעודית לשימוש ברונכוסקופי, אשר תאפשר מעבר לעבודה בשיטה עדכנית.

מדובר במערכת המשלבת דיאתרמיה ומרכיב של גז ארגון (APC) על מנת לאפשר צריבה על פני שטח רחב ללא חדירה לעומק וללא מגע של הפרוב ברקמה. שילוב זה משמש למניעה ושלטיה על דימום בדרכי הנשימה לפני ואחרי ביופסיה, כריתה של גידולי סמפונות וחסומות בדרכי הנשימה.

להלן התכונות הנדרשות מהמכשור:

- יחידה אחת השולטת בפונקציות הדיאתרמיה ו-APC.
 - יכולת ניידות של המערכת במידת הצורך.
 - מאגר תכניות טיפול לצורכי ברונכוסקופיה התערבותית הכוללת פרוב, סכין ו-APC פרוב.
 - התאמת עוצמת הפעולה (חיתוך וקואגולציה) בהתאם לפרוצדורות של הטיפול הדרוש.
- התקבלה הצעת מחיר לדגם VIO-200D מתוצרת חברת ERBE המשווקת ע"י חברת "ברסלויער", אשר נמצא מתאים לכל שנדרש.
- מבדיקה שבוצעה מול הספקים הרלוונטיים בתחום כגון מדטרוניק ומדטכניקה לא נמצא מכשור העונה לדרישות המשתמש – מערכת המשלבת דיאתרמיה ומרכיב של גז ארגון (APC).
- מעבר לכך, לא ידוע על ספקים נוספים לסוג המכשור הדרוש.
- לפיכך, יש לראות ביצרן ERBE באמצעות חברת "ברסלויער" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת מחיר שהוגשה ע"י החברה.

בג"כ,
אליה רפאלוב סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גב' דפנה סומך
ד"ר סומיט ציטרגי
מרי יוגב קציר