

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	27/02/25

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1095096988	SPECIAL PUMP FOR ESD
6	1095096970	INCH 4K MEDICAL MONITOR 32
4	1095096962	BALLON CONTROLLER UNIT
3	1095096954	HIGH END DOUBLE BALLON ENDOSCOPE 3.2 MM
2	1095096947	MULTI L.E.D LIGHT SOURCE
1	1095096939	DIGITAL VIDEO PROCESSOR DEFINITION ELUXEO
5	1040032583	COMPACT CART FOR ENDOSCOPIC EQUIPMENT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

24 בפברואר 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0052
תיק: 6-1130

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת אנטרוסקופ בלון כפול.

נדרשת רכישה של אנטרוסקופ בלון כפול למכון גסטרו בכמות 1 יח', כחלופה למערכת אשר מיועדת לצאת משימוש עקב בלאי וחוסר תמיכה טכנית. המערכת הישנה תושבת עם אספקה והתקנה של מערכת חדשה.

מדובר במכשיר המאפשר הסתכלות ישירה אל תוך חלל מעי הדק כאשר הדגש הינו בעצירת דימומים, אבחון מחלות דלקתיות, הרחבת הציריות וכריתת פוליפים.

מכשיר זה מורכב משני צינורות (אחד בתוך השני) המוחדר דרך הפה או פי הטבעת ואל המעי הדק. הצינור הפנימי, שהוא אנדוסקופ עם אור ועדשה לצפייה מועבר דרך החלק ההתחלתי של המעי הדק ובאמצעות תעלות ייעודיות ובקר מנפחים בלון בקצהו על מנת לשמור את האנדוסקופ במקומו. לאחר מכן, הצינור החיצוני מועבר דרך מעי הדק כדי להגיע לקצה האנדוסקופ ושם מנפחים בלון נוסף כדי לשמור אותו במקומו. כתוצאה מכך הבלון בקצה האנדוסקופ הפנימי מתרוקן, והאנדוסקופ מועבר דרך החלק הבא של מעי הדק. שלבים אלו חוזרים על עצמם מספר פעמים כאשר הצינורות נעים לאורך המעי הדק. פעולה זו מאפשרת לרופא לראות את כל המעי הדק.

הובהר ע"י הצוות כי היתרון באנטרוסקופ בלון כפול הינה היכולת לאבחן ולטפל בחלקים עמוקים יותר במעי הדק דבר שאינו אפשרי בבדיקות אנדוסקופיות אחרות.

בנוסף הצוות מדגיש כי פרוצדורה זו נעשית לעיתים רחוקות והם אינם מעוניינים להחליף את שיטת העבודה עקב מיומנות של עשרות שנים. תהליך למידה של טכניקה חדשה יכולה לקחת זמן רב (חודשים עד שנים).

התקבלה הצעת מחיר לדגם EN-840T תוצרת חברת FujiFilm המשווק ע"י חברת "שני-טל", אשר נמצא עונה לכל שנדרש.

מבדיקה שבוצעה מול הספקים הרלוונטיים בתחום כגון החברות "ברסלויער" ו-"מדטכניקה", לא נמצא סוג המכשור הדרוש.

לנוכח הני"ל, יש לראות ביצרן FujiFilm באמצעות חברת "שני-טל" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת מחיר שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,
אליה המאולגב-סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' עידן לוי
גב' אורית כחלון
גב' דניאל סבו