

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	26/02/25

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095096913	BF-UC190F EBUS BRONCHOSCOPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	116,284.2 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

27 בפברואר 2025
מספרנו: הני"ר/3035-0053
תיק: 1130-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת מכשיר וידאו-ברונכוסקופ.

במכון ריאות נמצא וידאו-ברונכוסקופ אשר נותר ללא גיבוי טכני בשירות וחלפים. המכשיר לא ניתן לתיקון ולפיכך המכשיר הושבת, דגם BF-UC180F מס"ד 7721897 (ME0100756), תוצרת חברת OLYMPUS. נדרשת רכישה לחלופה בכמות 2 יח', יש לממש 1 בשלב זה.

מכשיר זה חלק ממערכת קיימת המאפשרת אבחון וטיפול של רקמות ומבנים אנטומיים בתוך ובקרבת דרכי אוויר הנמצאים בין הריאות ובשערי הריאה.

רציב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, BF-UC190F בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

הובהר ע"י הצוות כי כיום במכון ריאות קיימים מקור אור ויח' אולטרסאונד אנדוסקופי תוצרת OLYMPUS. על מנת לשמור על פרוצדורת עבודה אחידה והתאמה אופטימלית בין הוידאו-ברונכוסקופ המדובר לבין המערכת הקיימת הכוללת פרוססורים ומתכלים מומלץ לבצע את רכישת המכשיר החדש מתוצרת אותו היצרן – קרי OLYMPUS. קורלציה זו תבטיח רציפות מיטבית בכל הקשור לתפעול המערכות וכן לצורך מתן שירות ותחזוקה שוטפת למרכיביה השונים של המערכת.

לפיכך, יש לראות ביצרן OLYMPUS באמצעות נציגתו בארץ חברת "מדטכניקה", ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,

אליה רפאלי סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גב' דפנה סומך
מרי יוגב קציר