

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	19/02/24

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095091724	HITACHI COLOR ULTRASOUND SYSTEM-SSD-ARIETTA750VE
2	1040026833	SOP-ARIETTA750-44+750-151

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	95,300 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

12 בפברואר 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0029
תיק: 7005, 1125

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת אולטרסאונד אנדוסקופי (EUS) תוצרת PENTAX-HITACHI.

במכון גסטרו קיימת בשימוש מערכת לפעילות אנדוסקופית אולטרסונית מתוצרת PENTAX הכוללת מכשיר אולטרסאונד, וידאו- פרוססור וגסטרוסקופים טיפוליים מבוססי מתמר אולטרסוני.

מכשיר האולטרסאונד במערכת הינו מדגם ARIETTA750VE וכעת נדרשת רכישה של מכשיר נוסף מדגם זה.

התקבלה הצעת מחיר מחברת "גטר-גרופ" לרכישת הדגם הנ"ל מתוצרת PENTAX-HITACHI.

המכשיר הנ"ל מתחבר לגסטרוסקופים האולטרסוניים המצויים ברשות המכון מדגם EG38-J10UT בכמות 5 יח' מאחר ולא ניתן לשלב במערכת הקיימת במכון מכשור שאינו מתוצרת PENTAX, יש לראות ביצרן זה באמצעו נציגו ספק בלעדי לרכישה, על כל המשתמע מכך.

ג' ב ר פ ה,
מיטל בוסטרי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דרי עידן לוי
מר מיקי יעקבלב