

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	23/03/25

_____ X מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095097176	FLUORESCCEIN ANGIOGRAPHY
1	1095097168	RETCAM ENVISION WITH 130 WITH FA

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מיצחק אלורו

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדליף
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514605658
מספר ספק בשיבא	52900
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$160,400 + מע"מ

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :

עפ"י חו"ד מצ"ב מיצחק אלורו

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יצחק אלורו	מהנדס ביו-רפואי	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

יג' אדר תשפ"ה
13 מרץ 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0073
תיק: 1151

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון עיניים – חו"ד לרכישת מצלמת רשתית לפגים ותינוקות.

תוכנית הצטיידות מכון עיניים 2025.

נדרשת רכישה של המצלמה הנדונה בכמות 1 יח' עבור מכון עיניים.

במכון עיניים, נדרשת מצלמת רשתית לפגים ותינוקות עם מודול לפלורסאין לצורך אבחון מוקדם של מחלות עיניים. המצלמה מספקת תמונות דיגיטליות רחבות זווית של הרשתית המאפשרות לבצע מעקב לאורך זמן של מחלות עיניים כגון ROP (רטינופתיה של פגות).

- משנת 2012, קיימת מצלמה ישנה מדגם RetCam 3 המשמשת את המכון עד היום. המצלמה נמצאת עדיין בשימוש שוטף אך לאחר שעברה מספר תיקונים, היא קרובה מאוד למצב של השבתה. בנוסף, קיים מכתב EOL לאותו דגם.

- מבדיקה שנערכה בין ספקים בישראל על ידי הנדסה הרפואית, נמצא כי מצלמת RetCam Envision תוצרת Natus היא המצלמה היחידה הכוללת עגלה, מסך, עדשה רחבת זווית עם מודול לפלורסאין, מיועדת לתינוקות ופגים, **בעלת אישור אמ"ר וניתנת להדגמה**. מצלמה זו היא הדגם החדש והמשודרג של RetCam 3.

- מצלמת RetCam Envision היינה המצלמה המקובלת בארץ לצילום רשתית לפגים ותינוקות.

לאור הני"ל, נמצא כי הדגם החדש RetCam Envision תוצרת Natus, הוא הדגם היחיד הקיים.

התקבלה הצעת חברת מדלייף (נציג היצרן בישראל) מספר PQ25000216 לרכישת הדגם RetCam Envision, אותה יש לממש במלואה. במסגרת עסקת טרייד-אין, תינתן הנחה בהחזרת המצלמה הישנה.

מהנימוקים המצוינים לעיל, יש לראות בחברת Natus, באמצעות הנציג בישראל (מדלייף) ספק בלעדי לרכישה זו.

בבכיה,
יצחק אלון
מהנדס ביו-רפואי
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' ויקטוריה וישניבסקה-דאי
פרופ' גיא קליינמן
מר נאדר אלנעאמי
מהנדס רפאל גירסי